

Wymagane i oferowane parametry techniczne przedmiotu zamówienia ujętego w Pakiecie Nr 1 i 2

L.p.	Parametry wymagane	Parametry oferowane. Padać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać
Pakiet Nr 1 - Stoły do badań i drobnych zabiegów		
1.	Stół do badań i drobnych zabiegów, dwusegmentowy (segment pleców, segment siedziska i nóg)	
2.	Konstrukcja (podstawa) wykonana z profili stalowych pokrytych farbą proszkową (w kolorze biało-szarym) lub ze stali nierdzewnej	
3.	Rama stołu przystosowana do montażu akcesoriów dodatkowych lub wyposażona w szynę/szyny do montażu akcesoriów, co najmniej podpory pod rękę i wieszak kroplówki	
4.	Tapicerka stołu w kolorze żółtym	
5.	Długość blatu stołu 195-205 cm, szerokość blatu stołu 65-70 cm	
6.	Regulacja wysokości blatu stołu hydrauliczna, minimum w zakresie 57 - 91 cm	
7.	Regulacja segmentu pleców w zakresie minimum od 0° do +60° za pomocą sprężyny gazowej	
8.	Przechył Trendelenburga minimum 15°	
10.	Przechył anty-Trendelenburga minimum 7°	
11.	Dopuszczalne obciążenie minimum 180 kg	
12.	Powierzchnie stołu odporne na środki myjące i dezynfekcyjne	
13.	Wymagane wyposażenie (ujęte w cenie stołu), co najmniej: listwa do mocowania dodatkowych akcesoriów (Zamawiający dopuszcza brak listwy pod warunkiem, że stół posiada ramę przystosowaną do montażu akcesoriów dodatkowych), jedna podpora ręki, wieszak kroplówki oraz wieszak (uchwyt) na podkład higieniczny zamontowany pod segmentem pleców	
14.	Stół dopuszczony do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2020 poz. 186 z późniejszymi zmianami). Odpowiednie dokumenty Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na każde żądanie	
15.	Do oferty należy dołączyć (w języku polskim) materiały informacyjne dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia oraz jego zdjęcie (fotografię)	
16.	Jednorazowa dostawa, montaż i uruchomienie przedmiotu zamówienia – w terminie do 28 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy	
17.	Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą stołów	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

L.p.	Parametry wymagane	Parametry oferowane. Padać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać
18.	Szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego przedmiotu zamówienia w dniu protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia lub w terminie poprzedzającym protokolarny odbiór uruchomionego przedmiotu zamówienia, wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą	
19.	Pełna gwarancja oraz wliczony w cenę oferty serwis minimum 18 miesięcy na dostarczony przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia na zasadach i w terminie określonym w Kodeksie Cywilnym.	
20.	W okresie gwarancji dowóz przedmiotu zamówienia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.	
Pakiet Nr 2 - Wózki do przewożenia chorych		
1.	Konstrukcja wózka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym (kolor biało-szary)	
2.	Leże wózka mocowane na stabilnym podwoziu wyposażonym w cztery koła jezdne	
3.	Leże wózka dwusegmentowe wypełnione płytą przezierną dla promieni RTG	
4.	Pod leżem tunel na kasetę RTG umożliwiający jej przesunięcie w celu wykonania zdjęć - minimum klatki piersiowej	
5.	Wymiary wózka: szerokość całkowita 75-80 cm, długość całkowita: 205-210 cm	
6.	Wysokość leża od podłogi regulowana minimum w zakresie 57-90 cm za pomocą siłownika hydraulicznego	
7.	Regulacja oparcia pleców minimum w zakresie 0 - 65° za pomocą mechanizmu zapadkowego lub sprężyny gazowej	
8.	Przechył Trendelenburga minimum w zakresie 0 - 15°	
9.	Przechył anty – Trendelenburga minimum w zakresie 0 - 10°	
10.	Dopuszczalne obciążenie wózka minimum 200 kg	
11.	Cztery koła jezdne o średnicy 20 cm, wyposażone w centralną blokadę	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

L.p.	Parametry wymagane	Parametry oferowane. Padać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać
12.	W cenie wózka uwzględnione co najmniej następujące wyposażenie: - materac o wysokości minimum 8 cm; kolor materaca do wyboru przez Zamawiającego, podać minimum 6 dostępnych kolorów (przy czym wymagane kolory: żółty, zielony, niebieski) - dwie składane (do boków)-barierki boczne, chromowane lub ze stali nierdzewnej, - doczepiane barierki od strony głowy i nóg pacjenta z blokadą do popychania wózka - wieszak kroplówki, - minimum cztery krążki odbojowe, - uchwyt na kardiomonitor	
13.	Powierzchnie wózka łącznie z materacem odporne na środki myjące dezynfekcyjne	
14.	Wózek dopuszczony do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2020 poz. 186 z późniejszymi zmianami). Odpowiednie dokumenty Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na każde żądanie	
15.	Do oferty należy dołączyć (w języku polskim) materiały informacyjne dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia oraz jego zdjęcie (fotografię)	
16.	Jednorazowa dostawa, montaż i uruchomienie przedmiotu zamówienia – w terminie do 28 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy	
17.	Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą wózków	
18.	Szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego przedmiotu zamówienia w dniu protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia lub w terminie poprzedzającym protokolarny odbiór uruchomionego przedmiotu zamówienia, wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą	
19.	Pełna gwarancja oraz wliczony w cenę oferty serwis minimum 18 miesięcy na dostarczony przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia na zasadach i w terminie określonym w Kodeksie Cywilnym.	
20.	W okresie gwarancji dowóz przedmiotu zamówienia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.	

Niespełnianie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty