



Znak: AE/DZiM/ZO-24-13/20

Tarnów, 2020-08-21

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę wózków medycznych opatrunkowo-zabiegowych oraz wózków szpitalnych reanimacyjne dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pkt 4 Załącznika Nr 3.** Czy Zamawiający wymaga wysokiej jakości wózka reanimacyjnego, którego podstawa wykonana jest z grubego, solidnego tworzywa ABS w kolorze szarym – z wyprofilowanymi nad każdym z kół odbojami, zaopatrzona w 4 solidne, podwójne koła niebrudzące posadzki, o średnicy 100mm, w tym 2 z hamulcem, a jedno z funkcją jazdy kierunkowej?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 2 pkt 7 Załącznika Nr 3.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny, z szufladami o wymiarach:
 - 4 górne szuflady: szerokość użytkowa: 475mm, głębokość użytkowa: 360mm, wysokość użytkowa: 110mm,
 - 1 dolna szuflada: szerokość użytkowa: 475mm, głębokość użytkowa: 360mm, wysokość użytkowa: 230mm,

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2** również wózka szpitalnego reanimacyjnego, którego podstawa wykonana jest z grubego, solidnego tworzywa ABS w kolorze szarym – z wyprofilowanymi nad każdym z kół odbojami, zaopatrzona w 4 solidne, podwójne koła niebrudzące posadzki, o średnicy 100 mm, w tym 2 z hamulcem, a jedno z funkcją jazdy kierunkowej; pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań zapytania ofertowego.

Ad 2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2** również wózka szpitalnego reanimacyjnego z szufladami o wymiarach podanych w pytaniu; pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań zapytania ofertowego.

7/12

Zastępca Dyrektora

mgr Danuta Nosek