



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. E. Szczeklika w Tarnowie

Znak: AE/DZiM/ZO-24-07/22

Tarnów, 2022-02-01

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę chłodni medycznej do przechowywania krwi dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

1. Dotyczy pkt 18 Załącznika Nr 3 do zapytania ofertowego, Czy zamawiający dopuszcza sterownik w języku angielskim wraz z instrukcją obsługi w języku polskim obejmującą wszystkie najważniejsze jego funkcje?. Sterownik jest bardzo intuicyjny a jego podstawą jest wyświetlanie temperatury podanej w °C ?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pkt 18 Załącznika Nr 3 sterownika w języku angielskim (jeśli przez sterownik Wykonawca rozumie panel obsługi) wraz z instrukcją obsługi w języku polskim, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Otrzymują:

1. Platforma Zamawiającego
2. a/a

DYREKTOR
Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika
w Tarnowie

[Signature]
Marek Kozłowski

[Signature]



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul. Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl

www.ssz.tar.pl - tel. 14 63 10 100 - fax. 14 62 13 637 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

ING BANK ŚLĄSKI S.A. 83 1050 1562 1000 0090 3255 1757

