



Znak: AE/DZiM/ZO-24-07/22

Tarnów, 2022-02-09

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę chłodni medycznej do przechowywania krwi dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie, ul. Szpitalna 13, 33-100 Tarnów zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na dostawę chłodni medycznej do przechowywania krwi – wybrana została oferta następującej Firmy:

CHEMINST Polska Aleksander Prychidny, Szczodre, ul. Trzebnicka 7A, 55-095 Mirków, woj. dolnośląskie

Cena wybranej oferty: **35 640,00 zł** (słownie: trzydzieści pięć tysięcy sześćset czterdzieści złotych 00/100), w tym cena netto: **33 000,00 zł** (słownie: trzydzieści trzy tysiące złotych 00/100).

Umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana będzie zawarta po dniu 08 lutego 2022r. – zostanie przesłana pocztą lub Wykonawca podpisze umowę w siedzibie Zamawiającego (do uzgodnienia).

Zapytanie ofertowe przesłano do 5 firm oraz zamieszczono na stronie internetowej Szpitala. W wyżej wymienionym zapytaniu ofertowym złożone zostały oferty Wykonawców, których nazwy (firmy), imiona i nazwiska, siedziby, miejsca zamieszkania i adresy oraz punktację przyznaną ofertom w kryterium cena przedstawiono w poniższej tabeli:

Nr oferty	Nazwy (firmy), imiona i nazwiska, siedziby, miejsca zamieszkania i adresy Wykonawcy	Punktacja przyznana ofertom w kryterium cena
I	CHEMINST Polska Aleksander Prychidny Szczodre, ul. Trzebnicka 7A, 55-095 Mirków, woj. dolnośląskie	100,00 pkt.
II	FROST Tomasz Jankowski ul. Dobra 9, 05-092 Łomianki, woj. mazowieckie	oferta odrzucona

Z zapytania ofertowego została odrzucona oferta:

FROST Tomasz Jankowski, ul. Dobra 9, 05-092 Łomianki, woj. Mazowieckie (dalej Wykonawca).

Zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w pkt. 7 Załącznika Nr 3 do zapytania ofertowego, oferowane urządzenie winno być urządzeniem w wersji stojącej, pionowej o wymiarach zewnętrznych mieszczących się w zakresie: szerokość 740mm-750mm, głębokość 815mm-820mm, wysokość 1998mm-2000mm, natomiast zgodnie z wyjaśnieniem złożonym przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego, zaoferowana chłodnia ma szerokość 700mm, głębokość 800 mm, wysokość 1990mm. Zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w pkt. 23 Załącznika Nr 3 do zapytania ofertowego, oferowana chłodnia winna mieć drzwi zewnętrzne wykonane z trzech warstw szkła stapianego próżniowo, natomiast z wyjaśnieniem Wykonawcy złożonym na wezwanie Zamawiającego, zaoferowane urządzenie posiada drzwi wykonane z podwójnej warstwy szyby.



W związku z powyższym oferta została odrzucona.

Otrzymują:

1. Wszyscy Wykonawcy którzy złożyli oferty
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

DYREKTOR
Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika
w Tarnowie
Marcin Kuta

Poprządkarka



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul. Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl

www.ssz.tar.pl - tel. 14 63 10 100 - fax. 14 62 13 637 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

ING BANK ŚLĄSKI S.A. 83 1050 1562 1000 0090 3255 1757

