



SPECJALISTYCZNY SZPITAL

im. E. Szczeklika w Tarnowie

Znak: AE/DZiM/ZO-24-10/22

Tarnów, 2022-02-21

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę środków ochrony przed diagnostycznym promieniowaniem rentgenowskim dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. Dotyczy poz. 9 Załącznika Nr 2 do zapytania ofertowego. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 9 zaoferowanie okularów ochronnych o wadze nie więcej niż 101g?
2. Dotyczy poz. 10 Załącznika Nr 2 do zapytania ofertowego. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 180 dni dla asortymentu oferowanego w pozycji 10?
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wysłanie oferty w formie elektronicznej na wskazany przez Zamawiającego adres email?
4. Dotyczy poz. 1 Załącznika Nr 2 do zapytania ofertowego. Prosimy o dopuszczenie rozmiaru S - rekomendowany obwód klatki piersiowej użytkownika 92-97 cm.
5. Dotyczy poz. 2 Załącznika Nr 2 do zapytania ofertowego. Prosimy o dopuszczenie rozmiaru L - rekomendowany obwód klatki piersiowej użytkownika 108-113 cm.
6. Dotyczy poz. 3 Załącznika Nr 2 do zapytania ofertowego. Prosimy o dopuszczenie rozmiaru M - rekomendowany obwód klatki piersiowej użytkownika 98-107 cm.
7. Dotyczy poz. 4 Załącznika Nr 2 do zapytania ofertowego. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje fartucha jednostronnego zabezpieczający przód, boki i łopatki użytkownika, rozmiar M (rekomendowany obwód klatki piersiowej użytkownika 98-107cm) o długości całkowitej 110 cm, wykonany z materiału bezołowiowego o równoważniku osłabienia promieniowania 0,5 mm Pb z przodu oraz wstawek ołowiowych o równoważniku 0,25mm Pb na łopatkach.
8. Dotyczy poz. 4 Załącznika Nr 2 do zapytania ofertowego. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje fartucha typu płaszcz zabezpieczający przód, boki i tył użytkownika, w rozmiarze M (rekomendowany obwód klatki piersiowej użytkownika 98-107cm) o długości całkowitej 110cm wykonany z materiału bezołowiowego o równoważniku osłabienia promieniowania 0,5 mm Pb i 0,35 mm Pb z tyłu.
9. Dotyczy poz. 5 Załącznika Nr 2 do zapytania ofertowego. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje fartucha jednostronnego zabezpieczający przód, boki i łopatki użytkownika, rozmiar L (rekomendowany obwód klatki piersiowej użytkownika 108-127cm) o długości całkowitej 120 cm, wykonany z materiału bezołowiowego o równoważniku osłabienia promieniowania 0,5 mm Pb z przodu oraz wstawek ołowiowych o równoważniku 0,25mm Pb na łopatkach.
10. Dotyczy poz. 5 Załącznika Nr 2 do zapytania ofertowego. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje fartucha typu płaszcz zabezpieczający przód, boki i tył użytkownika, w rozmiarze L (rekomendowany obwód klatki piersiowej użytkownika 108-113cm) o długości całkowitej 120cm wykonany z materiału bezołowiowego o równoważniku osłabienia promieniowania 0,5 mm Pb i 0,35 mm Pb z tyłu.
11. Dotyczy poz. 7 Załącznika Nr 2 do zapytania ofertowego. Prosimy o dopuszczenie wielorazowej ochrony głowy o równoważniku osłabienia promieniowania od frontu i boków 0,5 mm, wyścielona od wewnątrz tkaniną pochłaniającą wilgoć, siateczkowy panel na górnej części czapki, rozmiar S/M
12. Dotyczy poz. 8 Załącznika Nr 2 do zapytania ofertowego. Prosimy o dopuszczenie wielorazowej ochrony głowy o równoważniku osłabienia promieniowania od frontu i boków 0,5 mm, wyścielona od wewnątrz tkaniną pochłaniającą wilgoć, siateczkowy panel na górnej części czapki, rozmiar L/XL
13. Dotyczy poz. 11 Załącznika Nr 2 do zapytania ofertowego. Prosimy o dopuszczenie rękawic ochronnych pięciopalczastych o równoważniku 0,5mm Pb.



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul. Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl

www.ssz.tar.pl - tel. 14 63 10 100 - fax. 14 62 13 637 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

ING BANK ŚLĄSKI S.A. 83 1050 1562 1000 0090 3255 1757



14. Czy Zamawiający będzie wymagał aby materiał zewnętrzny osłon radiologicznych był wykonany z tkaniny nylonowej pokrytej dwiema warstwami PU (poliuretanu), grubość min. 0,6mm, odporny na uszkodzenia, charakteryzujący się niską reaktywnością chemiczną, posiadający najwyższą odporność na zanieczyszczenia, bakteriostatyczny, przystosowany do dezynfekcji ogólnodostępnymi środkami.
15. **Dotyczy poz 6 Załącznika Nr 2** do zapytania ofertowego. Czy Zamawiający będzie wymagał aby osłony tarczycy były przypinane do kamizelek za pomocą paska z zatraskiem.
16. W związku z różnym ciężarem mieszanek bezołowiowych dochodzącym nawet do 5,9 kg/m2 przy ekwiwalencie ołowiu 0,5mmPb prosimy o informacje czy Zamawiający będzie wymagał aby osłony radiologiczne były wykonane z ultra lekkiego materiału bezołowiowego, którego ciężar nie przekracza 5,3kg/m2 przy ekwiwalencie ołowiu 0,5mmPb.
17. **Dotyczy poz. 9-10 Załącznika Nr 2** do zapytania ofertowego. Czy Zamawiający dopuści 8-tygodniowy termin realizacji Umowy?
18. **Dotyczy poz. 9-10 Załącznika Nr 2** do zapytania ofertowego. Czy Zamawiający może wyodrębnić poniższe pozycje Formularza Cenowego do osobnego pakietu?

9.	Okulary ochronne przed promieniowaniem RTG, (okulary zakładane na okulary korekcyjne), równoważnik osłabienia promieniowania 0,75 mm Pb przód, 0,5 mm Pb boki. , waga nie więcej niż 100 g.	sztuka	2
10.	Ochrona twarzy - przyłbica. Pełna ochrona od czoła do brody, rozmiar uniwersalny, Ochronność 0,10 mmPb	sztuka	1

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

- Ad 1 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w zapytaniu ofertowym dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **poz. 9 Załącznika Nr 2**.
- Ad 2 Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy. Zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym nie może on być dłuższy niż 28 dni od daty podpisania umowy dla wszystkich pozycji ujętych w Formularzu Cenowym.
- Ad 3 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w zapytaniu ofertowym. Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do 23.02.2022r. godz.12⁰⁰, w miejscu wskazanym w zapytaniu.
- Ad 4 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **poz. 1 Załącznika Nr 2**, fartucha typ garsonka rozmiar S (obwód klatki piersiowej 92-97), pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań zapytania ofertowego.
- Ad 5 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **poz. 2 Załącznika Nr 2** fartucha typ garsonka rozmiar L (obwód klatki piersiowej 108-113), pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań zapytania ofertowego.
- Ad 6 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **poz. 3 Załącznika Nr 2** fartucha typ garsonka rozmiar M (obwód klatki piersiowej 98-107), pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań zapytania ofertowego.
- Ad 7 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **poz. 4 Załącznika Nr 2** fartucha opisanego w pytaniu.
- Ad 8 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **poz. 4 Załącznika Nr 2** fartucha opisanego w pytaniu, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań zapytania ofertowego.
- Ad 9 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **poz. 5 Załącznika Nr 2** do zapytania ofertowego, fartucha opisanego w pytaniu.
- Ad 10 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **poz. 5 Załącznika Nr 2** fartucha opisanego w pytaniu, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań zapytania ofertowego.
- Ad 11 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **poz. 7 Załącznika Nr 2** ochrony głowy opisaney w pytaniu.
- Ad 12 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **poz. 8 Załącznika Nr 2** ochrony głowy opisaney w pytaniu.
- Ad 13 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **poz. 11 Załącznika Nr 2** rękawic ochronnych pięciopalczastych o równoważniku 0,5mmPb, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań zapytania ofertowego.

- Ad 14 Zamawiający wymaga zaoferowania asortymentu spełniającego wymagania zapytania ofertowego dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **poz. 1-5 Załącznika Nr 2**.
- Ad 15 Zamawiający wymaga zaoferowania asortymentu spełniającego wymagania zapytania ofertowego dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **poz. 6 Załącznika Nr 2**
- Ad 16 Zamawiający wymaga zaoferowania asortymentu spełniającego wymagania zapytania ofertowego dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **poz. 1-8 Załącznika Nr 2**
- Ad 17 Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy. Zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym nie może on być dłuższy niż 28 dni od daty podpisania umowy dla wszystkich pozycji ujętych w Formularzu Cenowym.
- Ad 18 Zamawiający nie wyraża zgody na wyodrębnienie **poz. 9-10 Załącznika Nr 2** w zapytaniu ofertowym do osobnego pakietu.

Otrzymują:

1. Strona internetowa Zamawiającego
2. a/a

Zastępca Dyrektora
mgr Dorota Nosek

Monika Papuga



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul. Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl - tel. 14 63 10 100 - fax. 14 62 13 637 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

ING BANK ŚLĄSKI S.A. 83 1050 1562 1000 0090 3255 1757

