



Znak: AE/DZiM/ZO-24-15/22

Tarnów, 2022-04-21

Dotyczy: **zapytania ofertowego na dostawę sprzętu do rehabilitacji dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie**

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie, ul. Szpitalna 13, 33-100 Tarnów zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na **dostawę sprzętu do rehabilitacji** – wybrane zostały oferty następujących Firm:

Centrum Zaopatrzenia Medycznego "CEZAL" S.A. Oddział Kraków, ul. Balicka 117, 30-149 Kraków, woj. małopolskie w:

Pakiecie Nr 1

Cena wybranej oferty: **6.376,55 zł** (słownie: sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć złotych 55/100), w tym cena netto: **5.904,21 zł** (słownie: pięć tysięcy dziewięćset cztery złote 21/100).

Pakiecie Nr 3

Cena wybranej oferty: **9.544,05 zł** (słownie: dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści cztery złote 05/100), w tym cena netto: **7.759,39 zł** (słownie: siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych 39/100).

Pakiecie Nr 7

Cena wybranej oferty: **23.195,45 zł** (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt pięć złotych 45/100), w tym cena netto: **21.477,27 zł** (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem złotych 27/100).

KAL-SPORT Paweł Kalita, al. Tadeusza Rejtana 8, 35-310 Rzeszów woj. Podkarpackie w:

Pakiecie Nr 2

Cena wybranej oferty: **17.712,00 zł** (słownie: siedemnaście tysięcy siedemset dwanaście złotych 00/100), w tym cena netto: **14.400,00 zł** (słownie: czternaście tysięcy czterysta złotych 00/100).

BITMED Sp. z o.o., ul. Władysława Łokietka 165C/1, 31-263 Kraków woj. Małopolskie w:

Pakiecie Nr 4

Cena wybranej oferty: **5.450,00 zł** (słownie: pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100), w tym cena netto: **5.046,30 zł** (słownie: pięć tysięcy czterdzieści sześć złotych 30/100).

Pakiecie Nr 5

Cena wybranej oferty: **7.400,00 zł** (słownie: siedem tysięcy czterysta złotych 00/100), w tym cena netto: **6.851,85 zł** (słownie: sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden złotych 85/100).

Pakiecie Nr 6

Cena wybranej oferty: **11.340,00 zł** (słownie: jedenaście tysięcy trzysta czterdzieści złotych 00/100), w tym cena netto: **10.500,00 zł** (słownie: dziesięć tysięcy pięćset złotych 00/100).

Umowy z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane będą zawarte po dniu 21 kwietnia 2022 r. – zostaną przesłane pocztą lub Wykonawca podpisze umowę w siedzibie Zamawiającego (do uzgodnienia).

Zapytanie ofertowe przesłano do 10 firm oraz zamieszczono na stronie internetowej Szpitala.

W wyżej wymienionym zapytaniu ofertowym złożone zostały oferty Wykonawców, których nazwy (firmy), imiona i nazwiska, siedziby, miejsca zamieszkania i adresy oraz punktację przyznaną ofertom w kryterium cena przedstawiono w poniższej tabeli:



Nr oferty	Nazwy (firmy), imiona i nazwiska, siedziby, miejsca zamieszkania i adresy Wykonawcy	Pakiety, w których Wykonawca złożył ofertę	Punktacja przyznana ofertom w kryterium cena
I	BITMED Sp. z o.o. ul. W. Łokietka 165C/1 31-263 Kraków woj. małopolskie	Pakiet Nr 4 Pakiet Nr 5 Pakiet Nr 6	Pakiet Nr 4 - 100,00 pkt. Pakiet Nr 5 - 100,00 pkt. Pakiet Nr 6 - 100,00 pkt.
II	KAL-SPORT Paweł Kalita al. T. Rejtana 8, 35-310 Rzeszów woj. podkarpackie	Pakiet Nr 1 Pakiet Nr 2 Pakiet Nr 3 Pakiet Nr 4	Pakiet Nr 1 - oferta odrzucona Pakiet Nr 2 - 100,00 pkt. Pakiet Nr 3 - 97,90 pkt. Pakiet Nr 4 - oferta odrzucona
III	Centrum Zaopatrzenia Medycznego "CEZAL" S.A. 50-543 Wrocław, ul. Widna 4, woj. dolnośląskie Oddział Kraków ul. Balicka 117, 30-149 Kraków, woj. małopolskie	Pakiet Nr 1 Pakiet Nr 2 Pakiet Nr 3 Pakiet Nr 4 Pakiet Nr 5 Pakiet Nr 6 Pakiet Nr 7	Pakiet Nr 1 - 100,00 pkt. Pakiet Nr 2 - oferta odrzucona Pakiet Nr 3 - 100,00 pkt. Pakiet Nr 4 - 94,94 pkt. Pakiet Nr 5 - 91,20 pkt. Pakiet Nr 6 - 99,91 pkt. Pakiet Nr 7 - 100,00 pkt.

Z zapytania ofertowego odrzucono oferty następujących firm:

1. KAL-SPORT Paweł Kalita, al. Tadeusza Rejtana 8, 35-310 Rzeszów woj. podkarpackie (dalej Wykonawca).

W Pakiecie Nr 1 – stół rehabilitacyjny pionizujący. W związku z ofertą złożoną do zapytania ofertowego w Pakiecie Nr 1 i wątpliwością co do spełnienia przez nią wymagań określonych w zapytaniu ofertowym, Zamawiający prosił w dniu 07.04.2022r. o wyjaśnienia dotyczące Pakietu Nr 1 pkt 1, Zał. Nr 3.1. Czy pionizacja zaoferowanego stołu jest elektryczna za pomocą pilota ręcznego, oraz wyjaśnienie dotyczące Pakietu Nr 1 pkt 8, Zał. Nr 3.1. Czy zaoferowany stół posiada wymagane wyposażenie, tj: akumulator, 4 pasy do stabilizacji pacjenta (1 szt-klatka piersiowa, 1 szt-miednica/ biodra, 2 szt-kończyny dolne). Brak wpływu wyjaśnień a tym samym nie potwierdzenie przez Wykonawcę że spełnia wymagań określonych w/w pkt. Zał.3.1 do zapytania ofertowego w Pakiecie Nr 1, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, spowodowało odrzucenie oferty.

W Pakiecie Nr 4 – fotel do ćwiczeń oporowych. Zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego dla przedmiotu zamówienia ujętego w Pakiecie Nr 4 pkt 2, Zał. Nr 3.4 „Wymagane i oferowane parametry przedmiotu zamówienia” należało zaoferować fotel do ćwiczeń oporowych o długości mieszczącej się w zakresie 160-165 cm, zaoferowany fotel ma długość 168 cm. Zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego dla przedmiotu zamówienia ujętego w Pakiecie Nr 4 pkt 3, Zał. Nr 3.4 „Wymagane i oferowane parametry przedmiotu zamówienia” należało zaoferować fotel do ćwiczeń oporowych o wysokości oparcia mieszczącej się w zakresie 85 – 90 cm, zaoferowany fotel ma wysokość oparcia 77 cm. W związku z powyższym oferta została odrzucona.

2. Centrum Zaopatrzenia Medycznego "CEZAL" S.A. Oddział Kraków, ul. Balicka 117, 30-149 Kraków, woj. małopolskie (dalej Wykonawca).

W Pakiecie Nr 2 – rower magnetyczny poziomy. Zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego dla przedmiotu zamówienia ujętego w Pakiecie Nr 2 pkt 3, Załącznika Nr 3.2 „Wymagane i oferowane parametry przedmiotu zamówienia” należało zaoferować rower magnetyczny poziomy o wadze koła zamachowego 8 kg, zaoferowany rower magnetyczny poziomy ma wagę koła zamachowego 12 kg. Zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego dla przedmiotu zamówienia ujętego w Pakiecie Nr 2 pkt 4, Załącznika Nr 3.2. „Wymagane i oferowane parametry



przedmiotu zamówienia" należało zaoferować rower magnetyczny poziomy o regulacji oporu elektryczną mieszczącą się w zakresie od 25 do 350w, zaoferowany rower magnetyczny poziomy ma zakres regulacji oporu od 50 do 280w. Zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego dla przedmiotu zamówienia ujętego w Pakiecie Nr 2 pkt 13, Załącznika Nr 3.2 „Wymagane i oferowane parametry przedmiotu zamówienia” należało zaoferować rower magnetyczny poziomy o długości 160-165 cm, szerokości 60-66 cm, wysokości 115-120 cm, zaoferowany rower magnetyczny poziomy ma długość 167 cm, szerokość 68 cm, wysokość 130 cm. W związku z powyższym oferta została odrzucona.

Otrzymują:
Wszyscy Wykonawcy którzy złożyli oferty
Strona internetowa Zamawiającego
a/a

DYREKTOR
Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika
w Tarnowie
Marcin Kuta

