



Znak: AE/DZiM/ZO-24-22/22

Tarnów, 2022-07-05

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę ciepłarki laboratoryjnej dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy pkt 4 Załącznika Nr 3** do zapytania ofertowego. Czy Zamawiający dopuści ciepłarkę o zakresie temperatury od + 5 st. C powyżej temperatury otoczenia do + 70 st. C?
2. **Dotyczy pkt 5 Załącznika Nr 3** do zapytania ofertowego. Czy Zamawiający dopuści ciepłarkę o nieco szerszym profilu czasowo - temperaturowym z możliwością ustawienia 7 programów x 10 kroków ?
3. **Dotyczy pkt 11 Załącznika Nr 3** do zapytania ofertowego. Czy Zamawiający dopuści ciepłarkę z podświetlanym panelem sterowania LCD nie będącym wyświetlaczem dotykowym, ale posiadającym pozostałe funkcje ustawienia, kontroli i pamięci wyników pomiarowych ?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

- Ad 1** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ciepłarki o zakresie temperatury od + 5 st. C powyżej temperatury otoczenia do + 70 st. C, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań zapytania ofertowego
- Ad 2** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ciepłarki o szerszym profilu czasowo - temperaturowym z możliwością ustawienia 7 programów x 10 kroków, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań zapytania ofertowego
- Ad 3** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ciepłarki z podświetlanym panelem sterowania LCD nie będącym wyświetlaczem dotykowym, ale posiadającym pozostałe funkcje ustawienia, kontroli i pamięci wyników pomiarowych, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań zapytania ofertowego

Otrzymują:

1. Strona internetowa Zamawiającego
2. a/a

Zastępca Dyrektora

mgr Danuta Nosek

Poprzez maila

