



Znak: AE/DZiM-24-16/16

Tarnów, 2016-10-06

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawy testów do jakościowego wykrywania podwyższonego poziomu laktoferyny w kale dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie, ul. Szpitalna 13, 33-100 Tarnów zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na **dostawy testów do jakościowego wykrywania podwyższonego poziomu laktoferyny w kale** – wybrana została oferta Firmy:

P.P.H.U BOR-POL Mariusz Borkowski, Pl. Jaśminu 2, 44-152 Gliwice, woj. śląskie:

Cena wybranej oferty: **2.916,00 zł** (słownie: dwa tysiące dziewięćset szesnaście złotych 00/100), w tym cena netto: **2.700,00 zł** (słownie: dwa tysiące siedemset złotych 00/100)

Umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana będzie zawarta po dniu 06 października 2016 r. – zostanie przesłana pocztą lub Wykonawca podpisze umowę w siedzibie Zamawiającego (do uzgodnienia).

W wyżej wymienionym zapytaniu ofertowym złożone zostały oferty Wykonawców, których nazwy (firmy), imiona i nazwiska, siedziby, miejsca zamieszkania i adresy oraz punktację przyznaną ofertom w kryterium cena przedstawiono w poniższej tabeli:

Nr oferty	Nazwy (firmy), imiona i nazwiska, siedziby, miejsca zamieszkania i adresy Wykonawcy	Punktacja przyznana ofertom w kryterium cena
I	P.P.H.U BOR-POL Mariusz Borkowski , Pl. Jaśminu 2, 44-152 Gliwice, woj. śląskie	100,00
II	Argenta Sp. z o.o. Sp. k. , ul. Polska 114, 60-401 Poznań, woj. wielkopolskie	Oferta odrzucona

Z zapytania ofertowego odrzucona została oferta **Argenta Sp. z o.o. Sp. k.**, ul. Polska 114, 60-401 Poznań, woj. wielkopolskie. Zamawiający postawił wymóg w pkt 6 Załącznika Nr 3 „Możliwość przechowywania próbki do badania w temperaturze 2-8 st C lub w temperaturze pokojowej do 2 tygodni od pobrania”, natomiast zgodnie z załączoną do oferty instrukcją używania zaoferowanego testu – próbka do badania może być przechowywana w lodówce przez 7 dni przed prowadzeniem badania. Ponadto zgodnie z wymogiem określonym w pkt 7 Załącznika Nr 3 do zapytania ofertowego „W instrukcji używania (metodyce) wykonania testu powinna znajdować się lista organizmów bakteryjnych, z którymi nie zaobserwowano reakcji krzyżowych oraz wykaz substancji wraz z ich stężeniami nie mające wpływu na wynik testu.”, natomiast załączona do oferty instrukcja używania zaoferowanego testu nie zawiera listy organizmów bakteryjnych, z którymi nie zaobserwowano reakcji krzyżowych.

Otrzymują:

1. Wszyscy Wykonawcy którzy złożyli oferty
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a