

Wymagania dla oferowanego przedmiotu zamówienia

Lp	Parametry wymagane	Parametry oferowane (wpisać tak/nie, podać wartość, opisać)
1.	Test immunochromatograficzny do jakościowego wykrywania podwyższonych poziomów Laktoferyny w kale - markera leukocytów w kale oraz wskaźnika zapalenia jelitowego	
2.	Zestaw komplety do wykonania oznaczenia z kontrolą dodatnią (podać skład zestawu)	
3.	W opakowaniach nie większych niż 25 oznaczeń	
4.	Termin ważności nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy	
5.	Z każdą dostawą instrukcja używania (metodyka) w języku polskim, wystawiona przez producenta	
6.	Możliwość przechowywania próbki do badania w temperaturze 2-8 st C lub w temperaturze pokojowej do 2 tygodni od pobrania.	
7.	W instrukcji używania (metodyce) wykonania testu powinna znajdować się lista organizmów bakteryjnych, z którymi nie zaobserwowano reakcji krzyżowych oraz wykaz substancji wraz z ich stężeniami nie mające wpływu na wynik testu.	
8.	Do oferty załączyć instrukcję używania (metodykę) w języku polskim, wystawioną przez producenta	
9.	Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 876 z późniejszymi zmianami), które przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty