

FORMULARZ CENOWY

Cena brutto zamówienia powinna stanowić sumę wartości brutto wszystkich pozycji, natomiast wartość brutto poszczególnych pozycji winna być obliczona jako wartość netto powiększona o kwotę obowiązującego podatku. Wartość netto poszczególnych pozycji należy obliczyć jako iloczyn liczby jednostek miary przez cenę jednostkową netto, a uzyskaną kwotę zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku. Cenę jednostkową brutto należy obliczyć jako cenę jednostkową netto powiększoną o kwotę obowiązującego podatku i zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

L.p.	Nazwa produktu, wymagane parametry	Jednostka miary zpotrzebowania	Ilość	Cena jed- nostkowa netto w zł	Cena jed- nostkowa brutto w zł	Stawka VAT	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł	Nr katalogowy	Producent
Środki ochronnych przed diagnostycznym promieniowaniem rentgenowskim										
Wymagania do asortymentu z poz. 1 - 2: Garsonki wykonane z materiału bezołowiowego. Zewnętrzne pokrycie wykonane z materiału który posiada odpowiednią wytrzymałość gwarantującą trwałość odzieży oraz łatwość w utrzymaniu czystości, Materiał z którego wykonane są garsonki spełnia warunki normy PN-EN 61331-3:2015-02 lub równoważnej.										
1.	Fartuch ochronny przed diagnostycznym promieniowaniem rentgenowskim - typu garsonka z kamizelką z przodu z dwóch zachodzących na siebie części, rozmiar: szerokość kamizelki - 60 cm, długość całkowita 110 cm; wykonany z materiału bezołowiowego o równoważniku osłabienia promieniowania 0,50 mm Pb z przodu garsonki i 0,25 mm Pb z tyłu	komplet	3							
2.	Fartuch ochronny przed diagnostycznym promieniowaniem rentgenowskim - typu garsonka z kamizelką z przodu z dwóch zachodzących na siebie części, rozmiar: szerokość kamizelki - 68 cm, długość całkowita 110 cm; wykonany z materiału bezołowiowego o równoważniku osłabienia promieniowania 0,50 mm Pb z przodu garsonki i 0,25 mm Pb z tyłu.	komplet	2							
4.	Okulary ochronne przed promieniowaniem RTG typu panoramicznego, równoważnik osłabienia promieniowania 0,75 mm Pb przód, 0,5 mm PB boki	sztuka	2							
5.	Okulary ochronne przed promieniowaniem RTG typu google, równoważnik osłabienia promieniowania 0,75 mm Pb z przodu	sztuka	2							
				Razem						

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty