

Wymagane i oferowane parametry przedmiotu zamówienia

LP.	Wymagane parametry przedmiotu zamówienia	Minimalny zakres informacji	Oferowane parametry przedmiotu zamówienia (podać, opisać)
Cieplarka przeznaczona do ogrzewania płynów irygacyjnych			
1.	Cieplarka przeznaczona do ogrzewania płynów irygacyjnych w butelkach oraz workach, stosowanych podczas zabiegów operacyjnych	Opisać, w tym podać nazwę i kod urządzenia oraz nazwę producenta	
2.	Urządzenie stacjonarne, przeznaczone do pracy ciągłej	Opisać	
3.	Obudowa z płyt izolacyjnych pokrytych łatwym do mycia i dezynfekcji tworzywem sztucznym	Opisać	
4.	Komora zamykana od góry; z przezroczystą pokrywą z blokadą w pozycji otwartej	Opisać	
5.	Pojemność komory minimum 30 litrów; pojemność umożliwiająca ogrzanie: 24 butelek po 0.5 litra lub 12 butelek po 1 litrze lub 2 worków 5 litrowych lub 3 worków 3 litrowych	Podać parametry	
6.	Możliwość obciążenia komory co najmniej 25 kg	Podać parametr	
7.	Wyświetlacz pokazujący temperaturę rzeczywistą lub wybraną	Opisać	
8.	Elektroniczne i mechaniczne (termostat bimetaliczny) zabezpieczenie przed przegrzaniem	Opisać	
9.	Alarm optyczny włączający się przy niedomkniętej pokrywie po maksimum 60 sekundach	Opisać, podać parametr	
10.	Optyczny i akustyczny alarm niskiej i wysokiej temperatury oraz w przypadku przegrzania	Opisać	
11.	Ustawiany przez użytkownika zakres temperatury, minimum w zakresie 25 ⁰ C do 42 ⁰ C (±1 ⁰ C), z możliwością zmiany o co 1 ⁰ C	Opisać, podać parametry	
12.	Tryb czuwania (stand by)	Opisać	
13.	Dopuszczalna temperatura otoczenia w trakcie działania minimum w zakresie od 18 ⁰ C do 30 ⁰ C	Podać parametr	
14.	Dopuszczalna wilgotność względna otoczenia (działającej cieplarki) minimum w zakresie 30-70%	Podać parametr	
15.	Napięcie zasilania 230 Vac (±6%), 50 Hz, prąd znamionowy 1.75A	Podać parametry	
16.	Dostawa urządzenia w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy	Podać ilość dni	
17.	Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem	Opisać	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

LP.	Wymagane parametry przedmiotu zamówienia	Minimalny zakres informacji	Oferowane parametry przedmiotu zamówienia (podać, opisać)
18.	Cieplarka dopuszczona do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 poz. 211 z późniejszymi zmianami). Odpowiednie dokumenty Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na każde żądanie	Opisać	
18.	Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne w języku polskim dotyczące parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia oraz jego zdjęcie (fotografię)	Tak	
19.	W okresie gwarancji dowóz urządzenia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.	Opisać	
20.	Okres gwarancji min. 12 miesięcy od daty dostawy. Czas skutecznej naprawy lub wymiany na wolny od wad - 14 dni kalendarzowych od zgłoszenia.	Opisać Podać okres	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty