



Znak: AE/DZiM-24-9/17

Tarnów, 2017-03- 17

Dotyczy: **zapytania ofertowego na dostawę ciepłarki przeznaczonej do ogrzewania płynów irygacyjnych dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie**

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie, ul. Szpitalna 13, 33-100 Tarnów zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na **dostawę ciepłarki przeznaczonej do ogrzewania płynów irygacyjnych** – wybrana została oferta Firmy:

Przedsiębiorstwo "EM-MED." Spółka z o.o., ul. Przemysłowa 12, 30-701 Kraków, woj. małopolskie:
Cena wybranej oferty: **9.990,00** zł (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100), w tym cena netto: **9.250,00** zł (słownie: dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100)

Umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana będzie zawarta po dniu 17 marca 2017 r. – zostanie przesłana pocztą lub Wykonawca podpisze umowę w siedzibie Zamawiającego (do uzgodnienia).

Zapytanie ofertowe przesłano do 4 firm oraz zamieszczono na stronie internetowej Szpitala.

W wyżej wymienionym zapytaniu ofertowym złożone zostały oferty Wykonawców, których nazwy (firmy), imiona i nazwiska, siedziby, miejsca zamieszkania i adresy oraz punktację przyznaną ofertom w kryterium cena przedstawiono w poniższej tabeli:

Nr oferty	Nazwy (firmy), imiona i nazwiska, siedziby, miejsca zamieszkania i adresy Wykonawcy	Punktację przyznaną ofertom w kryterium cena
I	Zakład Usługowo-Handlowy "Prolab" Tadeusz Borowski , ul. Rzymowskiego 43/3, 15-349 Białystok, woj. podlaskie	Oferta odrzucona
II	Przedsiębiorstwo "EM-MED." Spółka z o.o. , ul. Przemysłowa 12, 30-701 Kraków, woj. małopolskie	100 pkt

Z zapytania ofertowego odrzucono ofertę Firmy:

- **Zakład Usługowo-Handlowy "Prolab" Tadeusz Borowski**, ul. Rzymowskiego 43/3, 15-349 Białystok, woj. podlaskie (dalej Wykonawca). Zgodnie z wymaganiem Zamawiającego określonym w Załączniku Nr 3 do zapytania ofertowego: zaoferowana ciepłarka winna mieć komorę zamykaną od góry przezroczystą pokrywą, natomiast zaoferowana ciepłarka posiada komorę z nieprzezroczystą pokrywą; ponadto prąd znamionowy dla zaoferowanej ciepłarki winien wynosić 1,75 A, natomiast zgodnie z informacją zawartą w Załączniku Nr 3 złożonej oferty prąd znamionowy dla zaoferowanej ciepłarki wynosi 0,73A W związku z powyższym oferta Wykonawcy została odrzucona.

Otrzymują:

1. Wszyscy Wykonawcy którzy złożyli oferty
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a