

Wymagane i oferowane parametry przedmiotu zamówienia

LP.	Wymagane parametry przedmiotu zamówienia	Minimalny zakres informacji	Oferowane parametry przedmiotu zamówienia (podać, opisać)
Macerator przeznaczony do utylizacji naczyń jednorazowego użytku wykonanych z pulpy papierowej			
1.	Macerator przeznaczony do utylizacji naczyń jednorazowego użytku, wykonanych ze specjalnie przetworzonej pulpy papierowej: kacek, basenów, itp.	Opisać, w tym podać nazwę i kod urządzenia oraz nazwę producenta	
2.	Obudowa z materiału nierdzewnego	Opisać	
3.	Górna pokrywa otwierana za pomocą przycisku pneumatycznego lub czujnika na podczerwień	Opisać	
4.	Urządzenie obsługiwane ręcznie lub bezdotykowo	Opisać	
5.	Bęben wykonany w całości ze stali nierdzewnej	Opisać	
6.	Wymiary: wysokość 400-980 mm, głębokość 450-980 mm, szerokość 360-525 mm	Podać parametry	
7.	Odływ kanalizacyjny – rura Ø 50 mm	Podać parametr	
8.	Waga urządzenia (bez ładunku i z pustym zbiornikiem wody) mieszcząca się w zakresie 50 -60 kg	Podać parametr	
9.	Zużycie wody na jeden cykl 10 - 16 litrów	Podać parametr	
10.	Wydajność: 1-2 basenów lub 1-2 kacek, z możliwością stosowania zamiennie na 1 cykl	Opisać, podać parametry	
11.	Czas jednego cyklu maceratora 50-65 sekund	Podać parametr	
12.	Napięcie zasilania: 230V	Podać parametr	
13.	Moc silnika 480-750 W	Podać parametr	
14.	Możliwość stosowania naczyń różnych producentów	Opisać	
15.	Autoryzowany serwis na terenie Polski	Opisać	
16.	Dostawa urządzenia wraz z montażem i uruchomieniem w terminie do 28 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy	Opisać	
17.	W cenę oferty wliczony transport urządzenia	Opisać	
18.	Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem	Opisać	
19.	Macerator dopuszczony do obrotu i używania na terenie RP. Odpowiednie dokumenty Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na każde żądanie	Opisać	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

LP.	Wymagane parametry przedmiotu zamówienia	Minimalny zakres informacji	Oferowane parametry przedmiotu zamówienia (podać, opisać)
20.	Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne w języku polskim dotyczące parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia oraz jego zdjęcie (fotografię)	Tak	
21.	W okresie gwarancji dowóz urządzenia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.	Opisać	
22.	Okres gwarancji min. 12 miesięcy od daty uruchomienia maceratora. Czas skutecznej naprawy lub wymiany na wolny od wad - 14 dni kalendarzowych od zgłoszenia	Opisać	
23.	W cenie oferty: podstawki pod basen płaski o pojemności 1.5 - 2.0 litra, z rączką/uchwytem, wielorazowego użytku oraz naczynia jednorazowego użytku wykonane z pulpy celulozowej, w ilości: 100 sztuk kaczek, 100 sztuk basenów z przykrywkami (kompatybilnych z zaoferowanymi podstawkami), 100 sztuk misek o pojemności 2-3 litrów	Opisać	
24.	W cenie oferty szkolenie dla pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi maceratora. Szkolenie winno być przeprowadzone w dniu uruchomienia dostarczonego urządzenia	Opisać	
25.	Urządzenie wyposażone w automatyczny system dezynfekcji komory maceratora. Płyn dezynfekcyjny w ilości 10 litrów wliczony w cenę oferty. Data ważności płynu dezynfekcyjnego minimum 12 miesięcy od daty dostawy.	Opisać	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty