

Wymagane i oferowane parametry przedmiotu zamówienia

LP.	Wymagane parametry przedmiotu zamówienia	Minimalny zakres informacji	Oferowane parametry przedmiotu zamówienia (podać, opisać)
Zmotoryzowana szyna CPM do stawu biodrowego i kolanowego - 2 szuki oraz podstawa jezdna do szyny - 2 sztuki			
1.	Zmotoryzowana szyna CPM do mobilizacji biodra i kolana ruchem ciągłym biernym	Opisać, w tym podać nazwę i kod urządzenia oraz nazwę producenta	
2.	Szyna z układem kinetycznym gwarantującym zgodny fizjologicznie ruch kończyny z zakresem wymiarów uda co najmniej od 31 do 49 cm i podudzia co najmniej od 25 do 57 cm	Opisać, podać parametry	
3.	Elementy regulacyjne szyny oskalowane - z wymiarami długości uda i podudzia	Opisać	
4.	Regulowana pozycja oparcia uda, podudzia i stopy za pomocą bloczków zaciskowych	Opisać	
5.	Oparcia kończyny wykonane z elastycznego tworzywa z możliwością dezynfekcji preparatami przeznaczonymi do powierzchni i sprzętów	Opisać	
6.	Zakres ruchu w stawie biodrowym prostowanie/ zginanie co najmniej w zakresie 0° - 115°	Opisać, podać parametr	
7.	Zakres ruchu w stawie kolanowym prostowanie/ zginanie co najmniej w zakresie: -10° - 0° - 120°	Opisać, podać parametr	
8.	Regulacja pozycji stawu skokowego w zakresie zginania podszewowego/grzbietowego bez ograniczeń, a w zakresie inwersji/ewersji co najmniej od 40° do 40° , wraz z zachowaniem możliwości aktywnego ruchu rezystancyjnego i ćwiczeń izometrycznych	Opisać, podać parametr	
9.	Automatyczne poszerzanie zakresu ruchu, kontrolowane zmianą prędkości i regulacją siły oddziaływania; program rozgrzewki (rozluźnienie spastyczności)	Opisać	
10.	Możliwość kontrolowanego oporowania ruchu szyny przez pacjenta ze zmianą kierunku w dowolnym punkcie ustawionego zakresu w 25 poziomach siły oddziaływania	Opisać, podać parametr	
11.	Regulacja prędkości pracy w 20 poziomach, automatyczna zmiana kierunku ruchu po zatrzymaniu pracy; stopniowe przyspieszanie i zwalnianie ruchu przy nastawionych kątach granicznych	Opisać, podać parametr	

.....
 Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

LP.	Wymagane parametry przedmiotu zamówienia	Minimalny zakres informacji	Oferowane parametry przedmiotu zamówienia (podać, opisać)
12.	Kontrola wszystkich parametrów za pomocą pilota sterującego z blokadą przed przypadkową zmianą parametrów z obsługą intuicyjną z zastosowaniem ikon funkcyjnych oraz monitorowanie przebiegu ruchu, funkcji i programów terapii na niedotykowym podświetlanym wyświetlaczu LCD co najmniej 320x240 pikseli z regulacją kontrastu	Opisać, podać parametr	
13.	Karty chip do zapisu indywidualnych danych terapii pacjenta - minimum 5 szt., z możliwością przeniesienia wyników terapeutycznych do PC	Opisać	
14.	Bezprzewodowy mankiet kompresyjny przeciwzakrzepowy z możliwością transferu danych łączem USB	Opisać	
15.	Możliwość stosowania planów terapeutycznych uwzględniających stopień zaawansowania i możliwości poszczególnych pacjentów	Opisać	
16.	Waga szyny nie większa niż 11 kg	Podać parametr	
17.	Zasilanie elektryczne 220 - 240 V 50/60Hz przewodem zasilającym bezpośrednim bez zastosowania dodatkowych zasilaczy i przewodów, klasa ochronności II	Opisać	
18.	Szyna zgodna z normami IEC 60601-1-2:2014 i IEC 60601-1-11:2010 lub równoważnych		
19.	Podstawa jezdna kompatybilna z zaoferowaną szyną	Opisać	
20.	Szyna nowa, rok produkcji 2017. Podstawa jezdna nowa.	Opisać	
21.	Dostawa szyny oraz uruchomienie jej w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. Wraz z dostawą szyny dostawa podstawy jezdnej	Opisać	
22.	Szyna dopuszczona do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 poz. 211 z późniejszymi zmianami). Podstawa jezdna dopuszczona do obrotu i używania na terenie RP. Odpowiednie dokumenty Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na każde żądanie	Opisać	
23.	Autoryzowany serwis na terenie Polski		
24.	W okresie gwarancji dowóz szyny do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 2 dni kalendarzowe wstawienie szyny zastępczej.	Opisać	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

LP.	Wymagane parametry przedmiotu zamówienia	Minimalny zakres informacji	Oferowane parametry przedmiotu zamówienia (podać, opisać)
25.	Okres gwarancji na szynę min. 24 miesiące od daty uruchomienia szyny. Czas skutecznej naprawy lub wymiany na wolny od wad - do 7 dni kalendarzowych od zgłoszenia.	Opisać	
26.	W cenie oferty szkolenie dla pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi szyny. Szkolenie winno być przeprowadzone w dniu uruchomienia dostarczonego urządzenia	Opisać	
27.	Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem	Opisać	
28.	Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne w języku polskim dotyczące parametrów zaoferowanej szyny oraz jej zdjęcie (fotografię)	Opisać	
29.	W cenę oferty wliczony transport szyny i podstawy jezdnej do szyny	Opisać	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty