



Znak: AE/ZP-27-15/17

Tarnów, 2017-05-08

Dotyczy: **zapytania ofertowego na dostawę stołu do badań i drobnych zabiegów dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.**

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. Czy Zamawiający dopuści stół posiadający tapicerkę w kolorze oliwkowym?
2. Czy Zamawiający dopuści stół posiadający regulację wysokości blatu hydrauliczną w zakresie od 42 cm do 80 cm?
3. Czy Zamawiający dopuści stół posiadający przechył anty-Trendelenburga w zakresie 7°?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie również stołu w kolorze oliwkowym, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań określonych w Załączniku Nr 2 do zapytania ofertowego

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie również stołu posiadającego hydrauliczną regulację wysokości blatu, z najniższym położeniem blatu wynoszącym 42 cm, nie dopuszcza natomiast najwyższego położenia blatu 80 cm. Najwyższe położenie blatu stołu musi wynosić, zgodnie z wymaganiem określonym w Załączniku Nr 2 do zapytania ofertowego – minimum 87 cm.

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie również stołu posiadającego przechył anty-Trendelenburga w zakresie 7°, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań określonych w Załączniku Nr 2 do zapytania ofertowego

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a