



Znak: AE/ZP-27-5/18

Tarnów, 2018-04-24

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę foteli ginekologicznych dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania na zasadzie równoważności wysokiej jakości fotel ginekologiczny o wymiarach:
 - długość powierzchni leża 2-segmentowej: 1190 mm
 - długość powierzchni leża 3-segmentowej: 1683 mm
 - długość siedziska: 400 mm
 - szerokość siedziska: 600 mm
 - długość oparcia pleców: 790 mm?
2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel ginekologiczny z elektryczną regulacją wysokości w zakresie: 610-810mm?
3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel ginekologiczny z elektryczną regulacją pochylecia siedziska w zakresie od -4 do + 13°?
4. Czy Zamawiający będzie oczekiwał do zaoferowania fotela ginekologicznego wyposażonego w koła o średnicy co najmniej 12 cm?
5. Czy Zamawiający będzie oczekiwał do zaoferowania fotela ginekologicznego, który w pozycji do zabiegu stoi stabilnie na stopkach w podstawie z możliwością ich wypoziomowania.
6. Czy Zamawiający będzie oczekiwał do zaoferowania fotela ginekologicznego możliwością uzyskania Tendelenburga oraz anty-Terndelenburga w zakresie co najmniej +/-10°?
7. Czy Zamawiający będzie oczekiwał do zaoferowania fotela ginekologicznego wyposażonego w profilowane podłokietniki dla pacjentki z możliwością demontażu bez użycia narzędzi?
8. Czy Zamawiający będzie oczekiwał do zaoferowania fotela ginekologicznego wyposażonego w profilowany zagłówek dla pacjentki z możliwością jego regulacji?
9. Czy dla zachowania jak największej sterylności Zamawiający będzie oczekiwał aby podstawa w miejscu łączenia z kolumną była zabezpieczona uszczelką uniemożliwiającą wnikanie zanieczyszczeń pod podstawę?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie również foteli ginekologicznych o wymiarach podanych w pytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań zapytania ofertowego.

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie również foteli ginekologicznych z elektryczną regulacją wysokości w zakresie: 610-810 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań zapytania ofertowego.

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie również foteli ginekologicznych z elektryczną regulacją pochylecia siedziska w zakresie od -4 do + 13°, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań zapytania ofertowego.

Ad. 4-9 Zamawiający oczekuje zaoferowania fotela spełniającego wymagania określone w zapytaniu ofertowym, w tym określone w Załączniku Nr 3.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

DYREKTOR
Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika
w Tarnowie

Marcin Kuta

