



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie

ponad 160 lat tradycji w świadczeniu usług zdrowotnych

.....
.....
.....

Znak: AE-5/52/2006

Tarnów, 2006-06-20

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 60 000 EURO na dostawy sterylnych i niesterylnych wyrobów jednorazowego użytku: fartuchów, czepków, prześcieradeł, podkładów, obłożeń, serwet, masek do pracy z prątkami gruźlicy dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców następującej treści:

1. Pakiet Nr 2 poz. 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha wykonanego z trójwarstwowej, wysokobarierowej włókniny polipropylenowej, posiadającego elastyczny mankiet z dzianiny?
2. Pakiet Nr 2 poz. 2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety wykonanej z dwuwarstwowej nieprzemakalnej włókniny wiskozowo-polietylenowej, w rozmiarze 200 cm x 150 cm?
3. Pakiet Nr 2 poz. 3 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety wykonanej z dwuwarstwowej nieprzemakalnej włókniny wiskozowo-polietylenowej, w rozmiarze 150 cm x 100 cm?
4. Pakiet Nr 2 poz. 4 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia wykonanego z włókniny wiskozowo-polietylenowej?
5. Pakiet Nr 2 poz. 5 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety zabiegowej do angiografii w rozmiarze 210 cm x 300 cm oraz dodatkowo nieprzemakalnej serwety w rozmiarze 150 cm x 200 cm?
6. Pakiet Nr 2 poz. 9 – zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyłączenie tego produktu z zadania nr 2.
7. Pakiet Nr 2 poz. 10 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu serwet o następującym składzie: 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 150 x 200 cm (owinięcie zestaw), 1 serwety do nakrycia stolika Mayo, 1 serweta 200 x 260 z wycięciem U (6,5 x 90), 1 serweta 150 x 200 dwuwarstwowa, 1 osłona na kończynę 35 x 120 cm, 2 ręczniki celulozowe, 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następujących odpowiedzi:

Ad. 1. Zamawiający dopuszcza zaoferowania w Pakiecie Nr 2 poz. 1 fartucha wykonanego z trójwarstwowej, wysokobarierowej włókniny polipropylenowej, posiadającego elastyczny mankiet z dzianiny.

Ad. 2. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 2 serwety wykonanej z dwuwarstwowej nieprzemakalnej włókniny wiskozowo-polietylenowej, w rozmiarze 200 cm x 150 cm pod warunkiem, że zaproponowany materiał będzie dobrze wchłaniany.

Ad. 3. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie Pakiet Nr 2 poz. 3 serwety wykonanej z dwuwarstwowej nieprzemakalnej włókniny wiskozowo-polietylenowej, w rozmiarze 150 cm x 100 cm pod warunkiem, że zaproponowany materiał będzie dobrze wchłaniany.

Ad. 4. Zamawiający dopuszcza zaoferowania w Pakiecie Nr 2 poz. 4 –obłożenia wykonanego z włókniny wiskozowo-polietylenowej, pod warunkiem, że zaproponowany materiał będzie dobrze wchłaniany.

Ad. 5. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 5 serwety zabiegowej do angiografii w rozmiarze 210 cm x 300 cm oraz dodatkowo nieprzemakalnej serwety w rozmiarze 150 cm x 200 cm

Ad. 6. Zamawiającego nie wyraża zgody na wyłączenie poz. 9 z Pakietu Nr 2.

Ad. 7. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 10 sterylne zestawu serwet o następującym składzie: 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 150 x 200 cm (owinięcie zestaw), 1 serwety do nakrycia stolika Mayo, 1 serweta 200 x 260 cm z wycięciem U (6,5 x 90 cm), 1 serweta 150 x 200 cm dwuwarstwowa, 1 osłona na kończynę 35 x 120 cm, 2 ręczniki celulozowe, 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami ustala się nowy termin składania ofert na dzień 23 czerwca 2006 r. godzina 11³⁰, natomiast otwarcie ofert nastąpi 23 czerwca 2006 r. o godzinie 12⁰⁰.

Otrzymują:

1. Wszyscy uczestnicy postępowania
2. a/a