

Wymagane parametry	Oferowane parametry
Pakiet Nr 2 - Prowadnik diagnostyczny z końcówką "J"	
1. materiał - stal, typ z nieruchomym rdzeniem (fixed core)	
2. pokrycie - PTFE	
3. średnica - 0,035", 0,038"	
4. wymagana długość dla podanych średnic (cm) - podstawowa 145 - 150 i 260	
Pakiet Nr 3 - Prowadnik diagnostyczny hydrofilny	
1. materiał - stal, typ z nieruchomym rdzeniem (fixed core)	
2. pokrycie - polimer hydrofilny	
3. średnica - 0,035", 0,038"	
4. wymagana długość dla podanych średnic (cm) - podstawowa 145 - 150 i 260	
Pakiet Nr 16 - Zestaw do nakłucia i drenażu worka osierdziowego w trybie pilnym	
1. skład podstawowy zestawu - igła do nakłucia 18G x 150 mm, prowadnik z końcówką "J" o średnicy w zakresie 0,035" do 0,038", introduktor 6F i 9F, cewnik do drenażu	
Pakiet Nr 21 - Cewnik balonowy do aterotomii tętnic wieńcowych	
1. do użycia w zmianach wymagających aterotomii (opisać sposób działania cewnika - noże, dodatkowe prowadniki, specjalne wypustki, itp.)	
2. współpraca w przewodniku angioplastycznym o średnicy 0,014"	
Pakiet Nr 35 - Stentgraft wieńcowy na cewniku balonowym	
1. materiał - stal 316L z PTFE	
2. wymagane średnice podstawowe (mm): 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0	
3. długości mieszczące się w przedziale od 9 do 26 mm (wymagane minimum 5 wymiarów)	
4. cewnik balonowy - podać nazwę; odpowiedni dla prowadnika o średnicy 0,014"	
5. ciśnienie nominalne nie przekraczające 9 atm.	
6. ciśnienie RBP równe lub powyżej 15 atm. dla średnicy 3,0 mm	

.....
 Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty