



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie

ponad 160 lat tradycji w świadczeniu usług zdrowotnych

.....
.....

Znak: AE-5/58/2006

Tarnów, 2006-07-18

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 60 000 EURO na dostawę sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika Tarnowie opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 13 lipca 2006 r. Nr 177 po poz. 36566.

W związku z zapytaniem Wykonawców następującej treści:

1. Dotyczy Formularza Cenowego Załącznik Nr 1. Czy Zamawiający może sprecyzować, co miał na myśli wpisując w Formularzu Cenowym Zał. Nr 1 w kolumnie "Nazwa handlowa/kod"? Czy pod pojęciem kod należy wpisać numer katalogowy producenta, a w przypadku gdy produkt nie posiada numeru katalogowego nadanego przez producenta Oferent w miejscu „kod” winien wpisać „brak numeru” – czy też numer pod którym skatalogowany jest dany produkt u Oferenta?
2. Pakiet Nr 9 poz. 6-7. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie zgłębników żołądkowych o długości 800 mm.
3. Pakiet Nr 9 poz. 8. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zgłębników dwunastniczych o długości 1250 mm.
4. Pakiet Nr 23 poz. 5. Czy Zamawiający może sprecyzować jakiej wielkości zapotrzebowania na okres 1 roku oczekuje od Zamawiającego, gdyż nie jest to podane w Formularzu Cenowym.
5. W nawiązaniu do zapisów SIWZ w przetargu jak wyżej prosimy o wyjaśnienie, czy w Pakiecie Nr 40 Zamawiający dopuści niepełne opakowania.
6. Pakiet Nr 28 Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w poz. 1 laryngoskopu światłowodowego z kompletem łyżek nr 2, 3, 4 z możliwością sterylizacji w temperaturze 121⁰C?
7. Pakiet Nr 28 Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w poz. 2 łyżek do laryngoskopu światłowodowego nr 2, 3, 4?
8. Pakiet Nr 28 Czy Zamawiający wymaga laryngoskopów objętych dożywotnią gwarancją na wady materiałowe i produkcyjne (nie dotyczą części zużywalnych)?
9. Pakiet Nr 28 w poz. 3. Czy Zamawiający wymaga również łyżek do trudnej intubacji z ruchomym końcem, a jeżeli tak to ile?
10. Pakiet Nr 49 Czy wkłucia centralne w poz. 1-4 mają być wyposażone w oddzielny łącznik Y z portem bocznym, umożliwiający wprowadzenie prowadnicy Seldingera bez odłączania strzykawki.
11. Pakiet Nr 2, poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści żele do USG w opakowaniach 1000 g z odpowiednim przeliczeniem ceny na ilość opakowań 500 g?

12. Pakiet Nr 2, poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści żele do USG w opakowaniach 260 g z odpowiednim przeliczeniem ceny na ilość opakowań 500 g?
13. Pakiet Nr 2, poz. nr 2 – czy Zamawiający dopuści żele do EKG w opakowaniach 1000 g z odpowiednim przeliczeniem ceny na ilość opakowań 250 g?
14. Pakiet Nr 2, poz. nr 2 – czy Zamawiający dopuści żele do EKG w opakowaniach 260 g z odpowiednim przeliczeniem ceny na ilość opakowań 250 g?
15. Pakiet Nr 2, poz. nr 3 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie w/w pozycji z pakietu nr 2 i utworzenie podpakietu, np. 2a lub przeniesienie w/w pozycji do innego pakietu?
16. Pakiet Nr 3, poz. nr 1 – czy Zamawiający wymaga elektrod jednorazowego użytku z żelem do monitorowania EKG dla dzieci, z niebieskim hydrożelem stałym o okrągłym kształcie, o średnicy 24 mm?
17. Pakiet Nr 3, poz. nr 1 – czy Zamawiający wymaga elektrod jednorazowego użytku z żelem do monitorowania EKG dla dzieci, z niebieskim hydrożelem stałym o okrągłym kształcie, o średnicy 35 mm?
18. Pakiet Nr 3, poz. nr 1 – czy Zamawiający wymaga elektrod jednorazowego użytku z żelem do monitorowania EKG dla dzieci, z niebieskim hydrożelem stałym o owalnym kształcie umożliwiającym odklejanie i naklejanie, o wymiarach 35 x 26 mm?
19. Pakiet Nr 3, poz. nr 2 – czy Zamawiający wymaga elektrod jednorazowego użytku z żelem do monitorowania EKG dla dorosłych, z niebieskim hydrożelem stałym o owalnym kształcie umożliwiającym odklejanie i naklejanie, o wymiarach 48 x 34 mm?
20. Pakiet Nr 3, poz. nr 3 – czy Zamawiający wymaga elektrod jednorazowego użytku z żelem do monitorowania EKG dla dorosłych, z niebieskim hydrożelem stałym o owalnym kształcie umożliwiającym odklejanie i naklejanie, o wymiarach 48 x 34 mm?
21. Pakiet Nr 3, poz. nr 3 – czy Zamawiający wymaga elektrod jednorazowego użytku z żelem do monitorowania EKG dla dorosłych, z niebieskim hydrożelem stałym o prostokątnym kształcie umożliwiającym odklejanie i naklejanie, z wyciętym okienkiem przystosowanym do mocowania kabelka do aparatów Holtera, o wymiarach 52 x 58 mm?
22. Pakiet Nr 4, poz. nr 1 – czy Zamawiający wymaga elektrod wykonanych w Gardient Technology zapewniającej równomierny rozkład prądu płynącego przez powierzchnię elektrody?
23. Pakiet Nr 5, poz. nr 1 – czy Zamawiający wymaga elektrod wykonanych w Gardient Technology zapewniającej równomierny rozkład prądu płynącego przez powierzchnię elektrody?
24. Pakiet Nr 10, poz. 1-2 – czy Zamawiający wymaga cewników do odsysania z oskrzeli w układzie zamkniętym, mogącym być używanym przez co najmniej 48 godzin, chroniącym drogi oddechowe pacjentów przed wnikaniem patogenów z otoczenia oraz zabezpieczającym personel przed ekspozycją na drobnoustroje rozpylone podczas odsysania w wydychanym przez pacjenta powietrzu?
25. Pakiet Nr 11, poz. 1-3 – czy Zamawiający wymaga nebulizatorów z przewodem tlenowym wg rozmiarów Unii Europejskiej o długości 213 cm?
26. Pakiet Nr 17, poz. 1-4 – czy Zamawiający wymaga cewników oraz masek z drenem wg rozmiarów Unii Europejskiej o długości 213 cm?

27. Pakiet Nr 38, poz. nr 1 – czy Zamawiający wymaga trenażerów oddechowych trójkomorowych, z 3 kulkami, o przepływie 600,900,1200 ml/min?
28. Pakiet Nr 38 , poz. nr 1 – czy Zamawiający wymaga trenażerów oddechowych do osiągnięcia dużych pojemności wdechowych z tłokowym wskaźnikiem strumienia przepływu, o pojemności 5000ml?
29. Pakiet Nr 9 poz. 3, 4 Czy Zamawiający wymaga aby cewniki posiadały dwa otwory boczne naprzeciwległe o łącznej powierzchni 50% powierzchni otworu centralnego?
30. Pakiet Nr 11 poz. 1-3 Czy Zamawiający wymaga aby nebulizator pracował w zakresie ustawień od 0⁰ do 90⁰?
31. Pakiet Nr 14 poz. 1 Czy Zamawiający wymaga aby na opakowaniu jednostkowym koreczków znajdowała się informacja o numerze katalogowym, nazwie producenta, dacie ważności i numerze serii, co umożliwia pełną identyfikację oferowanego asortymentu.
32. Pakiet Nr 17 poz. 1 Czy Zamawiający wymaga aby końcówka kaniul donosowych umożliwiała rozproszenie tlenu, a co za tym idzie minimalizowała ryzyko uszkodzenia śluzówki?
33. Pakiet Nr 17 poz. 1 Czy Zamawiający wymaga aby kaniule donosowe były długości co najmniej 1,5 cm?
34. Pakiet Nr 18 poz. 1 Czy Zamawiający będzie wymagał kraników z indykatorem pozycji otwarty/zmknięty wyczuwalnym w każdej pozycji?
35. Pakiet Nr 18 poz. 2 Czy Zamawiający wymaga aby rampy posiadały oznaczenie barwne linii, a także wskaźnik stanu zaworów FLOW SWITCH?
36. Pakiet Nr 24 poz. 1, 2 Czy cewniki Foleya mają posiadać twardą zastawkę w porcie do napełniania balonu?
37. Pakiet Nr 24 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya z balonem 5-10 ml?
38. Pakiet Nr 24 poz. 3 Czy Zamawiający wymaga aby cewniki były podwójnie pakowane w opakowanie wewnętrzne folia i zewnętrzne folia-papier?
39. Pakiet Nr 28 poz. 1 Czy Zamawiający wymaga aby rękojeść posiadała zabezpieczenie w postaci uszczelki umożliwiającej dezynfekcję i sterylizację w/w elementów bez konieczności wyjmowania baterii?
40. Pakiet Nr 36 poz. 3 Czy Zamawiający wymaga aby worki do godzinowej zbiórki moczu były wyposażone w dren z podłużną przegrodą dzielącą go na pół?
41. Pakiet Nr 36 poz. 3 Czy Zamawiający wymaga aby worki do godzinowej zbiórki moczu wyposażone były w silikonowy system pobierania próbek moczu w sposób wykluczający ryzyko zakłucia się?
42. Pakiet Nr 38 poz. 1 Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało pojemność co najmniej 5000 ml, jeden pływak oraz element oznaczający prawidłowe tempo wdechu?
43. Pakiet Nr 44 poz. 1 Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 7,0 i 8,5 spełniających wymagania SIWZ.
44. Czy zamawiający w przypadku wątpliwości będzie żądał dostarczenia próbek w celu weryfikacji czy zaoferowane produkty odpowiadają wymogom Zamawiającego zawartym w SIWZ?

45. Pakiet Nr 9 poz. 6 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zgłębnika żołądkowego o długości 800 mm?
46. Pakiet Nr 9 poz. 8 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zgłębnika żołądkowego o długości 1250 mm?
47. Pakiet Nr 9 poz. 11 Czy Zamawiający dopuści dren do ssaka 7 x 5 x 1500?
48. Pakiet Nr 31 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przedłużacza z kranikiem o długości 25 cm?
49. Czy Zamawiający dopuści podanie ceny jednostkowej netto za sztukę, a nie za opakowania, w przypadku gdy nie istnieje możliwość przeliczania żądanych przez Zamawiającego ilości sztuk na pełne opakowania, bez konieczności podawania liczby opakowań z miejscami po przecinku?
50. Czy w przypadku, gdy producent nie posiada nr katalogowego Zamawiający dopuści zamieszczenie w kolumnie „Nazwa handlowa/kod” zapisu „producent nie posiada nr katalogowego”?
51. Pakiet Nr 23 poz. 3 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kieliszków do leków po 70 szt. i możliwość podania ceny za 100 szt. w celu odpowiedniego przeliczenia dla wymaganej ilości 170000 sztuk.
52. Pakiet Nr 23 poz. 5 Prosimy o podanie żądanej przez Zamawiającego ilości w w/w pozycji.
53. Pakiet Nr 23 poz. 13 Prosimy o sprecyzowanie rozmiaru w/w pozycji.
54. Pakiet Nr 3 Ze względu na różne sposoby pakowania producentów prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poniższego sposobu przeliczania ilości oferowanych w Pakiecie Nr 3 poz. 3 elektrod EKG pakowanych po 30 sztuk: 25000 sztuk : 30 sztuk = 833 op./30 szt. + 1 op./10 szt. Prosimy o podanie sposobu obliczenia wartości netto i brutto dla tej pozycji gdyż ilość opakowań nie może być podana do drugiego miejsca po przecinku bo wynik dzielenia jest ułamkiem okresowym.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następujących odpowiedzi:

Ad. 1 W Formularzu Cenowym Zał Nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa handlowa/kod” należy wpisać numer katalogowy producenta, a w przypadku gdy produkt nie posiada numeru katalogowego nadanego przez producenta Wykonawca w miejscu „kod” winien wpisać „brak numeru” lub też numer pod którym skatalogowany jest dany produkt u Wykonawcy, przy czym należy zaznaczyć że jest to kod Wykonawcy.

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w Pakiecie Nr 9 poz. 6 na zgłębniki żołądkowe o długości 800 mm, nie wyraża natomiast zgody aby zaoferowane w poz. 7 zgłębniki żołądkowe miały długość 800 mm, mogą być dłuższe niż 100 cm. Dopuszczenia są ważne pod warunkiem, że oferowane zgłębniki spełniają pozostałe parametry określone w Formularzu Cenowym.

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w Pakiecie Nr 9 poz. 8 na zgłębniki żołądkowe o długości 1250 mm, pod warunkiem, że oferowane zgłębniki spełniają pozostałe parametry określone w Formularzu Cenowym.

Ad. 4 Zamawiający wykreśla poz. 5 w Pakiecie Nr 23.

Ad. 5 Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie Nr 40 niepełnych opakowań, dopuszcza natomiast podanie ceny jednostkowej za 1 sztukę zamiast za opakowanie, pod warunkiem że Wykonawca w przypadku wybrania jego oferty sprzeda Zamawiającemu ilość sztuk określoną w Formularzu Cenowym – Załącznik Nr 1 do SIWZ.

- Ad. 6** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 28 poz. 1 laryngoskopu światłowodowego z kompletem łyżek nr 2, 3, 4 z możliwością sterylizacji w temperaturze 121⁰C, pod warunkiem że oferowane łyżki mają długość: Nr 2 – od 10 cm, Nr 3- od 13 cm, Nr 4 – od 15,5 cm.
- Ad. 7** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie Pakiecie Nr 28 poz. 2 kompletu łyżek do laryngoskopu światłowodowego nr 2, 3, 4 pod warunkiem że oferowane łyżki mają długość: Nr 2 – od 10 cm, Nr 3- od 13 cm, Nr 4 – od 15,5 cm.
- Ad. 8** Zamawiający nie wymaga w Pakiecie Nr 28 laryngoskopów objętych dożywotnią gwarancją na wady materiałowe i produkcyjne (nie dotyczą części zużywalnych), oferowane laryngoskopy winny być odpowiedniej jakości i spełniać warunki dopuszczenia do obrotu i używania.
- Ad. 9** Zamawiający nie wymaga w Pakiecie Nr 28 poz. 3 łyżek do trudnej intubacji z ruchomym końcem.
- Ad. 10** Oferowane w Pakiecie Nr 49 poz. 1-4 wkłucia centralne muszą nadawać się do zakładania metoda Selinger'a i spełniać wymagania określone w Formularzu Cenowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ.
- Ad. 11** Zamawiający dopuści w Pakiecie Nr 2 poz. 1 żele do USG w opakowaniach 1000 g z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowanej przez Zamawiającego ilości.
- Ad. 12** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 1 żeli do USG w opakowaniach 260 g z odpowiednim przeliczeniem ceny na ilość opakowań 500 g.
- Ad. 13** Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania w Pakiecie Nr 2 poz. 2 żele do EKG w opakowaniach 1000 g z odpowiednim przeliczeniem ceny na ilość opakowań 250 g.
- Ad. 14** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 2 żeli do EKG w opakowaniach 260 g z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowanej przez Zamawiającego ilości.
- Ad. 15** Zamawiający nie wyraża zgodę na wyłączenie pozycji 3 z pakietu nr 2 i utworzenie podpakietu bądź przeniesienie w/w pozycji do innego pakietu.
- Ad. 16** Zamawiający wymaga w Pakiecie Nr 3 poz. 1 elektrod jednorazowego użytku z żelem do monitorowania EKG dla dzieci, może ale nie musi to być niebieski hydrożel stały, a elektroda może ale nie musi mieć okrągłego kształtu o średnicy 24 mm.
- Ad. 17** Zamawiający wymaga w Pakiecie Nr 3 poz. 1 elektrod jednorazowego użytku z żelem do monitorowania EKG dla dzieci, może ale nie musi to być niebieski hydrożel stały, a elektroda może ale nie musi mieć okrągłego kształtu o średnicy 35 mm.
- Ad. 18** Zamawiający wymaga w Pakiecie Nr 3 poz. 1 elektrod jednorazowego użytku z żelem do monitorowania EKG dla dzieci, może ale nie musi to być niebieski hydrożel stały, a elektroda może ale nie musi mieć kształtu owalnego o wymiarach 35 x 26 mm.
- Ad. 19** Zamawiający wymaga w Pakiecie Nr 3 poz. 2 elektrod jednorazowego użytku z żelem do monitorowania EKG dla dorosłych, może ale nie musi to być niebieski hydrożel stały, a elektroda może ale nie musi mieć kształtu owalnego, o wymiarach 48 x 34 mm.
- Ad. 20** Zamawiający wymaga w Pakiecie Nr 3 poz. 3 elektrod holterowskich jednorazowego użytku z żelem, może ale nie musi to być niebieski hydrożel stały, a elektroda może ale nie musi mieć kształtu owalnego o wymiarach 48 x 34 mm
- Ad. 21** Zamawiający wymaga w Pakiecie Nr 3 poz. 3 elektrod holterowskich jednorazowego użytku z żelem, może ale nie musi to być niebieski hydrożel stały, a elektroda może ale nie musi mieć kształt prostokąta, z wyciętym okienkiem, o wymiarach 52 x 58 mm.
- Ad. 22** Zamawiający nie wymaga w Pakiecie Nr 4 poz. 1 elektrod wykonanych w Gardient Technology.
- Ad. 23** Zamawiający nie wymaga w Pakiecie Nr 5 poz. 1 elektrod wykonanych w Gardient Technology.

Ad. 24 Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga zaoferowania w Pakiecie Nr 10, poz. 1-2 – cewników do odsysania z oskrzeli w układzie zamkniętym, mogącym być używanym przez co najmniej 48 godzin.

Ad. 25 Zamawiający wymaga w Pakiecie Nr 11, poz. 1-3 nebulizatorów z przewodem tlenowym o długości co najmniej 210 cm.

Ad. 26 Zamawiający wymaga Pakiet Nr 17, poz. 1-4 cewników oraz masek z drenem o długości co najmniej 210 cm.

Ad. 27 Zamawiający wymaga w Pakiecie Nr 38, poz. nr 1 trenażerów oddechowych trójkomorowych, z 3 kulkami, o przepływie 600,900,1200 ml/min.

Ad. 28 Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 38, poz. nr 1 trenażerów oddechowych do osiągania dużych pojemności wdechowych z tłokowym wskaźnikiem strumienia przepływu, o pojemności 5000ml.

Ad. 29 Zamawiający wymaga aby oferowane w Pakiecie Nr 9 poz. 3, 4 cewniki posiadały otwór centralny i dwa boczne otwory.

Ad. 30 Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby oferowane w Pakiecie Nr 11 poz. 1-3 nebulizatory pracowały w zakresie ustawień od 0⁰ do 90⁰.

Ad. 31 Zamawiający wymaga aby na opakowaniu jednostkowym oferowanych w Pakiecie Nr 14 poz. 1 koreczków znajdowała się informacja o dacie ważności i numerze serii.

Ad. 32 Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby końcówka kaniul donosowych oferowanych w Pakiecie Nr 17 poz. 1 umożliwiała rozproszenie tlenu.

Ad. 33 Zamawiający wymaga aby kaniule donosowe oferowane w Pakiecie Nr 17 poz. 1 były długości co najmniej 1,2 cm.

Ad. 34 Zamawiający wymaga aby oferowane w Pakiecie Nr 18 poz. 1 kraniki miały identyfikator położenia otwarty/zamknięty.

Ad. 35 Zamawiający nie wymaga aby rampy oferowane w Pakiecie Nr 18 poz. 2 posiadały oznaczenie barwne linii, a także wskaźnik stanu zaworów FLOW SWITCH, ale dopuszcza takie oznaczenia.

Ad. 36 Zamawiający nie wymaga aby cewniki Foleya oferowane w Pakiecie Nr 24 poz. 1, 2 posiadały twardą zastawkę w porcie do napełniania balonu, dopuszcza natomiast obecność takiej zastawki.

Ad. 37 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 24 poz. 2 cewników Foleya z balonem 5-10 ml.

Ad. 38 Zamawiający nie wymaga aby oferowane w Pakiecie Nr 24 poz. 3 cewniki były podwójnie pakowane w opakowanie wewnętrzne folia i zewnętrzne folia-papier

Ad. 39 Zamawiający nie wymaga aby oferowane w Pakiecie Nr 28 poz. 1 laryngoskopy miały rękojeść posiadającą zabezpieczenie w postaci uszczelki umożliwiającej dezynfekcję i sterylizację w/w elementów bez konieczności wyjmowania baterii, dopuszcza jednak takie rozwiązanie.

Ad. 40 Zamawiający wymaga aby worki do godzinowej zbiórki moczu oferowane w Pakiecie Nr 36 poz. 3 były wyposażone w dren z przegrodą.

Ad. 41 Zamawiający wymaga aby worki do godzinowej zbiórki moczu oferowane w Pakiecie Nr 36 poz. 3 były wyposażone w system (zawór) do pobierania próbek moczu.

Ad. 42 Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania w Pakiecie Nr 38 poz. 1 urządzenia o pojemność co najmniej 5000 ml, posiadającym jeden pływak oraz element oznaczający prawidłowe tempo wdechu.

Ad. 43 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 44 poz. 1 rurek tracheostomijnych o rozmiarze 7,0 i 8,5 spełniających wymagania SIWZ.

Ad. 44 W przypadku wątpliwości Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z prośbą o wyjaśnienie – zgodnie z art. 87 ust. Ustawy Prawo zamówień publicznych, natomiast nie

będzie żądał dostarczenia próbek w celu weryfikacji czy zaoferowane produkty odpowiadają wymogom Zamawiającego zawartym w SIWZ.

Ad. 45 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 9 poz. 6 zgłębnika żołądkowego o długości 800 mm.

Ad. 46 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 9 poz. 8 zgłębnika żołądkowego o długości 1250 mm

Ad. 47 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 9 poz. 11 drenu do ssaka 7 x 5 x 1500, pod warunkiem, że 7 dotyczy światła wewnętrznego, a nie zewnętrznego szerszej części drenu.

Ad. 48 Zamawiający dopuści zaoferowanie w Pakiecie Nr 31 poz. 4 przedłużacza z kranikiem o długości 25 cm.

Ad. 49 Zamawiający dopuszcza podanie ceny jednostkowej netto za sztukę, a nie za opakowania, w przypadku gdy w przypadku wyboru oferty na fakturze podawana będzie cena jednostkowa za sztukę a nie za opakowanie i Zamawiający będzie miał możliwość zamawiania dowolnej ilości sztuk a nie całych opakowań.

Ad. 50 w przypadku, gdy producent nie posiada nr katalogowego Zamawiający dopuszcza zamieszczenie w kolumnie „Nazwa handlowa/kod” zapisu „producent nie posiada nr katalogowego”.

Ad. 51 W przypadku oferowania w Pakiecie Nr 23 poz. 3 kieliszków do leków w opakowaniach po 70 należy zaoferować 2429 opakowania.

Ad. 52 Zamawiający wykreśla poz. 5 w Pakiecie Nr 23.

Ad. 53 W Pakiecie Nr 23 poz. 13 należy zaoferować końcówki do rektoskopu, jednorazowego użytku, sterylne o długości co najmniej 20 cm.

Ad. 54 Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego sposobu przeliczania ilości oferowanych w Pakiecie Nr 3 poz. 3 elektrod holterowskich. W przypadku opakowań po 30 szt. należy zaoferować 834 opakowania.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami ustala się nowy termin składania ofert na dzień 24 lipca 2006 r. godzina 13⁰⁰, natomiast otwarcie ofert nastąpi 24 lipca 2006r. o godzinie 13³⁰.

Otrzymują:

1. Wszyscy uczestnicy postępowania którym Zamawiający przekazał SIWZ oraz strona internetowa Zamawiającego.
2. a/a