



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie

ponad 160 lat tradycji w świadczeniu usług zdrowotnych

.....
.....

Znak: AE-5/61/2006

Tarnów, 2006-07-21

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 60 000 EURO na dostawę aparatu ultrasonograficzny z kolorowym dopplerem, przeznaczonego do badań ogólnodiagnostycznych dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców następującej treści:

1. Dotyczy Załącznika Nr 2, pkt 11. Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf nowej generacji posiadający zakres penetracji do 24 cm?
2. Dotyczy Załącznika Nr 2, pkt 25. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG posiadający szerokopasmową specjalistyczną sondę liniową wysokiej klasy o zakresie 4,0 – 10,0 MHz (długość 38 mm, ilość elementów 192) dedykowaną do badań naczyniowych i małych narządów.
3. Dotyczy Załącznika Nr 2, pkt 25. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG posiadający szerokopasmową specjalistyczną sondę liniową wysokiej klasy o zakresie 4,0-10,0 MHz (długość 38 mm, ilość elementów 192) bez obrazowania trapezowego?
4. Dotyczy Załącznika Nr 2, pkt 25. Ponieważ przedmiotem oferty jest ultrasonograf m.in. do badań położniczych i ginekologicznych, to czy Zamawiający nie uważa, że aparat powinien być wyposażony w sondę endocavity o kącie obrazowania min. 170-180stopni?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następujących odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie ultrasonografu nowej generacji posiadającego zakres penetracji do 24 cm.

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu USG posiadającego szerokopasmową specjalistyczną sondę liniową wysokiej klasy o zakresie 4,0 – 10,0 MHz (długość 38 mm, ilość elementów 192) dedykowaną do badań naczyniowych i małych narządów.

Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie aparatu USG posiadającego szerokopasmową specjalistyczną sondę liniową wysokiej klasy o zakresie 4,0-10,0 MHz (długość 38 mm, ilość elementów 192) bez obrazowania trapezowego.

Ad. 4 Zamawiający nie uważa, że aparat powinien być wyposażony w sondę endocavity o kącie obrazowania min. 170-180stopni.

W związku z modyfikacją specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wynikającą z udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców, Zamawiający przesyła w załączeniu Załącznik Nr 2 do SIWZ uwzględniający wprowadzone zmiany.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami ustala się nowy termin składania ofert na dzień 27 lipca 2006 r. godzina 13³⁰, natomiast otwarcie ofert nastąpi 27 lipca 2006r. o godzinie 14⁰⁰.

Otrzymują:

1. Wszyscy uczestnicy postępowania którym Zamawiający przekazał SIWZ oraz strona internetowa Zamawiającego.
2. a/a