



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie

ponad 160 lat tradycji w świadczeniu usług zdrowotnych

.....
.....

Znak: AE-5/61/2006

Tarnów, 2006-07-24

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 60 000 EURO na dostawę aparatu ultrasonograficzny z kolorowym dopplerem, przeznaczonego do badań ogólnodiagnostycznych dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców następującej treści:

1. Dotyczy Załącznika Nr 2, pkt 4. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z ilością kanałów przetwarzania ultradźwiękowego wynoszącą 1920?
2. Dotyczy Załącznika Nr 2, pkt 6 i 25. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat bez obrazowania harmonicznego na głowicy endocavitarniej?
3. Dotyczy Załącznika Nr 2, pkt 11. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z zakresem penetracji wynoszącą 24 cm?
4. Dotyczy Załącznika Nr 2, pkt 12. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z maksymalną liczbą klatek wynoszącą 511?
5. Dotyczy Załącznika Nr 2, pkt 22. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z dyskiem HDD o pojemności 40GB?
6. Dotyczy Załącznika Nr 2, pkt 25. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z nowoczesną, ultra czułą elektroniczną głowicą liniową bez obrazowania trapezoidalnego, ale za to z możliwością rozbudowy o obrazowanie panoramiczne?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następujących odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie aparatu z ilością kanałów przetwarzania ultradźwiękowego wynoszącą 1920.

Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie aparatu bez obrazowania harmonicznego na głowicy endocavitarniej.

Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie aparatu z zakresem penetracji wynoszącym 24 cm.

Ad. 4 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie aparatu z maksymalną liczbą klatek wynoszącą 511.

Ad. 5 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie aparatu z dyskiem HDD o pojemności 40GB.

Ad. 6 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie aparatu z nowoczesną, ultra czułą elektroniczną głowicą liniową ale bez obrazowania trapezoidalnego, nawet w przypadku możliwości rozbudowy o obrazowanie panoramiczne.

Otrzymują:

1. Wszyscy uczestnicy postępowania którym Zamawiający przekazał SIWZ oraz strona internetowa Zamawiającego.
2. a/a