



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie

ponad 160 lat tradycji w świadczeniu usług zdrowotnych

.....

.....

.....

Znak: AE-5/62/2006

Tarnów, dnia 19.07.2006 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000 EURO na dostawę urządzeń medycznych: bronchofiberoskopu, shavera, pompy artroskopowej, kaset do filmów rtg.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej o treści:

Proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania :

Pakiet Nr 1

1. Czy Zamawiający dopuści aparat o kącie odchylenia $130^{\circ} / 90^{\circ}$?

2. Czy Zamawiający dopuści aparat o średnicy kanału biopsyjnego 2 mm ?

Pakiet Nr 2

1. Czy w postępowaniu AE-5/62/2006 w załączniku nr 2.2 Zamawiający dopuści shaver do stosowania w operacjach artroskopowych z regulacją oscylacji w zakresie min. 500-3000 cykli? Wartości oscylacji w zakresie poniżej 500 cykli nie znajdują zastosowania w praktyce zabiegowej.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1) Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie aparatu o kącie odchylenia końcówki $130^{\circ} / 90^{\circ}$,

Ad.2) Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie aparatu o średnicy kanału biopsyjnego 2 mm.

Ad.3) Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie shavera do stosowania w operacjach artroskopowych z regulacją oscylacji w zakresie min. 500-3000 cykli.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przesłał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a