



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie

ponad 160 lat tradycji w świadczeniu usług zdrowotnych

.....

.....

Znak: AE-5/62/2006

Tarnów, 2006-07-20

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 60 000 EURO na dostawę urządzeń medycznych: bronchofiberoskopu, shavera, pompy artroskopowej, kaset do filmów rtg dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców następującej treści:

1. Dotyczy Zadania Nr 3 – Kasety do filmów rtg. Prosimy o możliwość dostawy kaset do filmów rtg w terminie 8 tygodni od dnia podpisania umowy.
2. Dotyczy Zadania Nr 3 – Kasety do filmów rtg. Prosimy o możliwość zaoferowania kaset wykonanych z lekkiego aluminium z narożnikami zabezpieczonymi tworzywem typu ABS.
3. Dotyczy Załącznika 2.1 – wymagane i oferowane parametry bronchofiberoskopu, pkt 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu „wygięcie końcówki dystalnej góra/dół – kąty odchylenia min. $180^0/100^0$ na zapis „wygięcie końcówki dystalnej góra/dół – kąty odchylenia min. $180^0/90^0$ ”
4. Dotyczy Załącznika 2.1 – wymagane i oferowane parametry bronchofiberoskopu, pkt 8. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie zapisu: „zestaw do aspiracji i irygacji drzewa oskrzelowego” – Co ma wchodzić w skład zestawu? Czy Zamawiający ma na myśli zestaw igieł transbronchialnych?
5. Dotyczy Załącznika 2.1 – wymagane i oferowane parametry bronchofiberoskopu, pkt 12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z istniejącego: „gwarantowany czas od zgłoszenia usterki do jej usunięcia maksymalnie 48 godzin – dni robocze” na zapis: „gwarantowany czas od zgłoszenia usterki do podjęcia naprawy maksymalnie 48 godzin – dni robocze”.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następujących odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający wyraża zgodę na dostawę kaset do filmów rtg w terminie 7 tygodni od dnia podpisania umowy.

Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie kaset wykonanych z lekkiego aluminium z narożnikami zabezpieczonymi tworzywem typu ABS.

Ad. 3 Zamawiający wyraża zgodę na zmianę istniejącego zapisu „wygięcie końcówki dystalnej góra/dół – kąty odchylenia min. $180^0/100^0$ na zapis „wygięcie końcówki dystalnej góra/dół – kąty odchylenia min. $180^0/90^0$ ”.

Ad. 4 W skład zestawu ma wchodzić: cewnik, szczotka, igły do biopsji transbronchialnych, kleszczyki biopsyjne, kleszczyki do usuwania ciała obcego.

Ad. 5 Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu z istniejącego: „gwarantowany czas od zgłoszenia usterki do jej usunięcia maksymalnie 48 godzin – dni robocze” na zapis: „gwarantowany czas od zgłoszenia usterki do podjęcia naprawy maksymalnie 48 godzin – dni robocze”.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami ustala się nowy termin składania ofert na dzień 31 lipca 2006 r. godzina 13⁰⁰, natomiast otwarcie ofert nastąpi 31 lipca 2006 r. o godzinie 13³⁰.

Otrzymują:

1. Wszyscy uczestnicy postępowania którym Zamawiający przekazał SIWZ oraz strona internetowa Zamawiającego.
2. a/a