

Wymagane i oferowane parametry bronchofiberoskopu

Lp	Parametry wymagane	Parametry oferowane (wpisać tak/nie, podać wartość, opisać)
1.	Aparat fabrycznie nowy rok produkcji 2005 lub 2006	
2.	Aparat możliwy do sterylizacji i pełnego zanurzenia w środku dezynfekcyjnym	
3.	Średnica kanału biopsyjnego nie mniejsza niż 2,8 mm	
4.	Długość robocza sondy min 500 mm	
5.	Średnica zewnętrzna płaszczka max. 6,5 mm	
6.	Wygięcie końcówki dystalnej góra/dół - kąty odchylenia min. 180°/100°	
7.	Adapter do źródła światła firmy OLYMPUS typ CLV - 10	
8.	Zestaw do aspiracji i irygacji drzewa oskrzelowego	
9.	Instrukcja w języku polskim	
10.	Szkolenie personelu w zakresie obsługi w miejscu instalowanego urządzenia	
11.	Gwarancja i bezpłatny serwis w okresie min. 12 miesięcy od daty protokolarnego odbioru uruchomionego urządzenia.	
12.	Gwarantowany czas od zgłoszenia usterki do jej usunięcia maksymalnie 48 godzin - dni robocze	
13.	W okresie gwarancji dowóz urządzenia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.	
14.	Przy naprawie trwającej ponad 72 godziny wstawienie urządzenia zastępczego	

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty