

Wymagane i oferowane parametry shavera do stosowania w operacjach artroskopowych

Lp	Parametry wymagane	Parametry oferowane (wpisać tak/nie, podać wartość, opisać)	Ilość punktów w kryterium parametry techniczne
1.	Urządzenie fabrycznie nowe rok produkcji 2005 lub 2006		wymóg - bez punktów
2.	Ręczne sterowanie w uchwycie shavera		wymóg - bez punktów
3.	Regulacja oscylacji w zakresie min. 0-3000 cykli		wymóg - bez punktów
4.	Uchwyt shavera o prędkości obrotowej min. 12000 obrotów/min.		wymóg - bez punktów
5.	Frezy minimum 6		za 7 - 1 pkt, za 8 lub więcej frez - 2 pkt
6.	Konsola z ekranem dotykowym LCD (wyświetlanie na ekranie informacji o podłączonym urządzeniu i jego statusie, trybie pracy, prędkości obrotowej)		opcja - jeśli tak - 3 pkt
7.	Rozpoznawanie przez system zatraskowo mocowanego ostrza		opcja - jeśli tak - 3 pkt
8.	Instrukcja w języku polskim		wymóg - bez punktów
9.	Szkolenie personelu w zakresie obsługi w miejscu instalowanego urządzenia		wymóg - bez punktów
10.	Gwarancja i bezpłatny serwis w okresie min. 12 miesięcy od daty protokolarnego odbioru		wymóg - bez punktów
11.	Gwarantowany czas od zgłoszenia usterki do jej usunięcia maksymalnie 48 godzin - dni robocze		wymóg - bez punktów
12.	W okresie gwarancji dowóz urządzenia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.		wymóg - bez punktów
13.	Przy naprawie trwającej ponad 72 godziny wstawienie urządzenia zastępczego		wymóg - bez punktów

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty