

Wymagane i oferowane parametry pompy artroskopowej dwurołkowej

Lp	Parametry wymagane	Parametry oferowane (wpisać tak/nie, podać wartość, opisać)	Ilość punktów w kryterium parametry techniczne
1.	Urządzenie fabrycznie nowe rok produkcji 2005 lub 2006		wymóg - bez punktów
2.	Regulowane ssanie w torze odprowadzającym min. 500 mmHg		wymóg - bez punktów
3.	Dren do pompy autoklawowalny		wymóg - bez punktów
4.	Maksymalny przepływ w torze doprowadzającym min. 2500 ml/min.		powyżej 3000/ml/min. - 2 pkt
5.	Minimum 3 programy stawowe z automatycznym doбором parametrów pracy		4 programy - 1 pkt, 5 lub więcej programów - 2 pkt
6.	Autoklawowalny pilot sterujący		tak - 2
7.	Instrukcja w języku polskim		wymóg - bez punktów
8.	Szkolenie personelu w zakresie obsługi w miejscu instalowanego urządzenia		wymóg - bez punktów
9.	Gwarancja i bezpłatny serwis w okresie min. 12 miesięcy od daty protokolarnego odbioru uruchomionego urządzenia.		wymóg - bez punktów
10.	Gwarantowany czas od zgłoszenia usterki do jej usunięcia maksymalnie 48 godzin - dni robocze		wymóg - bez punktów
11.	W okresie gwarancji dowóz urządzenia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.		wymóg - bez punktów
12.	Przy naprawie trwającej ponad 72 godziny wstawienie urządzenia zastępczego		wymóg - bez punktów

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty