



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie

ponad 160 lat tradycji w świadczeniu usług zdrowotnych

.....

.....

Znak: AE-5/70/2006

Tarnów, 2006-08-01

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 60 000 EURO na dostawy: implantów tytanowych do rekonstrukcji przedniego wiązadła krzyżowego, protez naczyniowych z ePTFE zbrojonych, portów centralnych tytanowych dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców następującej treści:

1. Dotyczy Pakietu Nr 1. Proszę o dopuszczenie możliwości oferowania śrub puszczelowych stożkowych, kaniulowanych dla 2 mm drutu prowadzącego zamiast 1,5 mm o średnicy w zakresie 7-10 mm i 3 rozmiarach długości: 20, 25, 30 mm.
2. Dotyczy Ogólnych warunków umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uwzględnienie następującego zapisu w pkt 1: Zapotrzebowanie zgłaszane przez Zamawiającego telefonicznie zostanie potwierdzone na piśmie (fax).
3. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem implant udowy?
4. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1 – Porty centralne tytanowe. Czy Zamawiający dopuści porty z cewnikiem o rozmiarach 1,2 x 2,4 oraz 1,02 x 2,16 lub 0,8 x 1,6 zamiast 1,5 x 2,7 i 1,0 x 1,8?
5. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1 – Porty centralne tytanowe. Czy Zamawiający dopuści porty z cewnikiem o długości 600 mm?
6. Dotyczy ogólnych warunków umowy. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie we wzorze umowy w pkt 12: „Zmniejszenie ilości przedmiotu umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określonej w niniejszej umowie”?
7. Dotyczy ogólnych warunków umowy. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie we wzorze umowy w pkt 12: „W przypadku, gdy Zamawiający nie zamówi w okresie obowiązywania niniejszej umowy 80% ilości towarów określonej w niniejszej umowie, okres obowiązywania umowy automatycznie przedłuży się do dnia zrealizowania przez Wykonawcę umowy w takim (80%) zakresie”?
8. Dotyczy ogólnych warunków umowy. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie we wzorze umowy w pkt 5: „W przypadku zmiany stawki VAT w ramach niniejszej umowy zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę”?
9. Dotyczy ogólnych warunków umowy. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie we wzorze umowy w pkt 13 myślnik 2 (druga kropka): „w granicach do 20% ilości określonej w umowie”?
10. Dotyczy ogólnych warunków umowy. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę we wzorze umowy w pkt 9a): „0,05% wartości zamówionej partii towaru” na „0,05% wartości nie dostarczonych w terminie”?
11. Dotyczy ogólnych warunków umowy. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę we wzorze umowy w pkt 9b): „0,05% wartości zamówionej partii towaru” na „0,05% wartości nie dostarczonych w terminie”?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następujących odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 śrub puszczelowych stożkowych, kaniulowanych dla 2 mm drutu prowadzącego zamiast 1,5 mm.

Ad. 2 Zamawiający wprowadza zmianę do pkt 1 ogólnych warunków umowy, który otrzymuje brzmienie „Dostawy przedmiotu zamówienia realizowane będą loco magazynu Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy, w okresie 1 roku od daty obowiązywania umowy, każdorazowo w ilościach ustalonych przez Zamawiającego. Zamawiający będzie zgłaszał zapotrzebowanie telefonicznie potwierdzając faxem. Wykonawca realizował będzie zamówienie Zamawiającego w okresie do 7 dni od jego zgłoszenia.”

Ad. 3 W Pakiecie Nr 1 poz. 2. Zamawiający pod pojęciem implant udowy rozumie śruby mocujące przeszczep prostopadle do kanału udowego.

Ad. 4 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 1 portów z cewnikiem o rozmiarach 1,2 x 2,4 oraz 1,02 x 2,16 zamiast 1,5 x 2,7 i 1,0 x 1,8 pod warunkiem, że są to porty tytanowe spełniające pozostałe parametry opisane w Formularzu Cenowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ.

Ad. 5 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 3 poz. 1 portów z cewnikiem o długości 600 mm pod warunkiem, że są to porty tytanowe spełniające pozostałe parametry opisane w Formularzu Cenowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ.

Ad. 6 - 11 Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie do ogólnych warunków umowy zapisów w brzmieniu zaproponowanym przez Wykonawcę ani na zmianę dotychczasowych zapisów. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

Otrzymują:

1. Wszyscy uczestnicy postępowania którym Zamawiający przekazał SIWZ oraz strona internetowa Zamawiającego.
2. a/a