



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie

ponad 160 lat tradycji w świadczeniu usług zdrowotnych

.....
.....
.....

Znak: AE-5/71/2006

Tarnów, dn. 2006-08-04

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 60 000 EURO na dostawę ssaków elektrycznych dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców następującej treści:

1. Pytanie Nr 1

Czy Zamawiający dopuści ssak chirurgiczny z maksymalnym przepływem 40 l/min ?

2. Pytanie Nr 2

Czy Zamawiający dopuści ssak chirurgiczny z maksymalnym podciśnieniem od 0-90 bara ?

3. Pytanie Nr 3

Czy ze względu na wysokie podciśnienie i wydajność ssaka Zamawiający wprowadzi wymóg cichej pracy ssaka poniżej 40 dB, co wpływa na komfort pracy w trakcie zabiegów ?

4. Pytanie Nr 4

Czy Zamawiający dopuści ssaki wyposażone w 4 butle o pojemności 2 litry każda ?

5. Pytanie Nr 5

Czy Zamawiający dopuści ssaki o maksymalnym przepływie 40 l/min?

6. Pytanie Nr 6

Czy Zamawiający dopuści ssaki elektryczne o maksymalnym przepływie 60 l/min ?

7. Pytanie Nr 7

Czy Zamawiający dopuści ssaki elektryczne o maksymalnym podciśnieniu 0.90 bar ?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 i Ad. 5

Zamawiający nie dopuści ssaka chirurgicznego z maksymalnym przepływem 40 l/min.

Ad. 2 i Ad. 7

Zamawiający dopuści ssaki chirurgiczne z maksymalnym podciśnieniem od 0-90 bara.

Ad. 3

Zamawiający nie wprowadzi wymogu cichej pracy ssaka poniżej 40 dB.

Ad. 4

Zamawiający nie dopuści ssaka wyposażonego w 4 butle po 2 litry każda.

Ad. 6

Zamawiający dopuści ssaki elektryczne o maksymalnym przepływie 60 l/min.

Otrzymują:

1. Wszyscy uczestnicy postępowania, którym Zamawiający przekazał SIWZ.
2. Strona internetowa Zamawiającego.
3. a/a