



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie

ponad 160 lat tradycji w świadczeniu usług zdrowotnych

.....
.....
.....

Znak: AE-5/72/2006

Tarnów, dn. 2006-08-11

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 60 000 EURO na dostawę: szwów chirurgicznych, podwiązek i materiałów wspomagających gojenie ran dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców następującej treści:

Czy dopuścicie Państwo:

Pytanie Nr 1

W Pakiecie nr1 pozycja 2 igłę okrągłą 22mm ?

Pytanie Nr 2

Wyłączenie z Pakietu nr 1 pozycji 8 i 20 ?

Pytanie Nr 3

W Pakiecie nr 2 pozycji 1 igłę 9 mm ?

Pytanie Nr 4

W Pakiecie nr 2 pozycji 4 igłę 17 mm ?

Pytanie Nr 5

W Pakiecie nr 2 pozycji 7 igłę okrągłą ?

Pytanie Nr 6

W Pakiecie nr 4 pozycji 3 długość nici 75 cm ?

Pytanie Nr 7

W Pakiecie nr 4 pozycja 4 igłę 40 mm, konfekcjonowaną z nitką 5 x 75 cm ?

Pytanie Nr 8

W Pakiecie nr 4 pozycja 5 podwiązkę o długości 250 cm ?

Pytanie Nr 9

W Pakiecie nr 5 nić monofilamentową o okresie podtrzymywania 10-12 dni i wchłaniania do 56 dni ?

Pytanie Nr 10

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1, pozycja 23 i 26 podwiązki cięte pakowane (12 x 45 cm) ?

Pytanie Nr 11

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, co wg Zamawiającego kryje się pod pojęciem igły plastyczna ?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:**Ad. 1**

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania w Pakiecie Nr 1 poz. 2 igły okrągłej 22 mm.

Ad. 2

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z Pakietu nr 1 poz. 8 i poz. 20.

Ad. 3

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz.1 igły o rozmiarze 9mm, przy czym pozostałe parametry pozostają bez zmian.

Ad. 4

Zamawiający dopuszcza zaoferowany w Pakiecie Nr 2 poz.4 igły o rozmiarze 17 mm, przy czym pozostałe parametry pozostają bez zmian.

Ad. 5

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie Nr 2 poz. 7.

Ad. 6

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 4 poz.3 nici o długości 75 cm.

Ad. 7

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 4 poz.4 igły 40 mm, ale winna być okrągła, z ostrzem tnącym 1/2 koła. Zamawiający dopuszcza konfekcjonowanie w opakowaniach po 5 sztuk, w takim przypadku Wykonawca winien podać cenę jednostkową za opakowanie oraz liczbę opakowań.

Ad. 8

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 4 poz.5 podwiązki o długości 250 cm.

Ad. 9

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 5 nici monofilamentowej o okresie podtrzymywania tkanek 10-12 dni i okresie wchłaniania do 56 dni.

Ad. 10

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie Nr1 poz. 23 i poz. 26 konfekcjonowanie podwiązek 12x 45 cm, przy czym Wykonawca w takiej sytuacji winien zaoferować: w poz. 23- 387 saszetek, w poz. 26 -227 saszetek.

Ad. 11

Po pojęciem igły plastycznej Zamawiający rozumie igłę kosmetyczną, do precyzyjnego szycia, spłaszczoną w części imadłowej.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający ustala nowy termin składania ofert na dzień 17 sierpnia 2006r. godz.10⁰⁰, otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 sierpnia 2006r. godz.11⁰⁰.

Otrzymują:

1. Wszyscy uczestnicy postępowania, którym Zamawiający przekazał SIWZ.
2. Strona internetowa Zamawiającego.
3. a/a