

Wymagane i oferowane parametry mikroskopów do prac z zakresu histopatologii

L.p.	Opis parametru	Parametry oferowane
1.	Mikroskop dolnostolikowy do światła przechodzącego z optyką korygowaną do nieskończoności	
2.	Współosiowa śruba makro i mikrometryczna z minimalnym odczytem śruby mikrometrycznej 2,5 mikrometra	
3.	Nasadka okularowa: tubus binokularny z regulacją dioptrii w zakresie +/- 5 dioptrii i pochyleniu 30°, regulacja rozstawu źrenic w zakresie 48-75 mm z możliwością obrotu wokół osi optycznej o 360°	
4.	Okulary szerokopolewe o powiększeniu 10 x i polu widzenia minimum FN 18, z ergonomicznymi osłonami gumowymi	
5.	Obiektywy planochromatyczne (powiększenie/apertura numeryczna/odległość robocza) 4x/0,1, 10x/N.A. 0,25, 40x/ N.A. 0,65, 100x/N.A. 1,25, olejowy - z korekcją na szkło nakrywkowe 0,17 mm i jednoczesną możliwością pracy bez szkła nakrywkowego. Możliwość zastosowania dodatkowych obiektywów 20x i 60x	
6.	Uchwyt rewolwerowy 4-gniazdkowy	
7.	Stolik mechaniczny do przesuwu preparatu o wymiarach nie większych niż 190 x 140 mm (ergonomiczny dostęp dłoni do preparatu), prowadnice przesuwu w osi z prawej strony o zakresie przesuwu x,y minimum 75 x 30 mm, uchwyt preparatowy lewouchylny	
8.	Oświetlenie halogenowe min. 30 W o płynnej regulacji natężenia	
9.	Kondensor Abbego z wbudowaną przesłoną o regulowanej aperturze numerycznej i wartości N.A. 1,25	
10.	Zapasowa żarówka halogenowa	
11.	Antystatyczny pokrowiec ochronny	
12.	Olejek imersyjny - starter	
13.	Filtr niebieski, zielony, żółty.	
14.	Narzędzia specjalistyczne	
15.	Instrukcja obsługi w języku polskim	
16.	Gwarancja i bezpłatny serwis w okresie min. 24 miesiące od daty protokolarnego odbioru uruchomionego urządzenia.	
17.	Gwarantowany czas od zgłoszenia usterki do jej usunięcia maksymalnie 72 godzin - dni robocze	
18.	W okresie gwarancji dowóz urządzenia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty