



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie

ponad 160 lat tradycji w świadczeniu usług zdrowotnych

.....

.....

Znak: AE-5/79/2006

Tarnów, 2006-10-10

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000 EURO na dostawy filtrów mechanicznych, cewników do odsysania z oskrzeli, aparatów i zestawów do pomiaru ciśnienia, linii pomiarowych do pomiaru CO₂ dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej o treści:

1. **Pakiet 1, pozycja 1.** Czy w związku z mechaniczną filtracją Zamawiający wymaga aby filtry mechaniczne posiadały powierzchnię filtrującą $\geq 500 \text{ cm}^2$, umożliwiającą 24 h filtrację?
2. **Pakiet 1, pozycja 1.** Czy w związku mechaniczną filtracją Zamawiający wymaga aby filtry mechaniczne posiadały objętość co najmniej 92 cm^3 , umożliwiającą 24 h filtrację?
3. **Pakiet 1, pozycja 1.** W związku z określeniem przez Zamawiającego poziomu skuteczności nawilżania w filtrze mechanicznym bakteryjno-wirusowym, prosimy o odstąpienie od wymogu ww. filtra z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci na rzecz równie skutecznego filtra, którego zaawansowanie techniczne umożliwia zawarcie funkcji filtra bakteryjno-wirusowego oraz wymiennika ciepła i wilgoci w jednym elemencie.
4. **Pakiet 2, pozycja 1.** Czy Zamawiający dopuści cewniki wykonane z termoczułego PCV pokrytego tworzywem Slide-tex TM, spełniającym identyczną rolę, jak silikonowanie?
5. **Pakiet 2, pozycja 1:** W związku z zawartym wymogiem aby cewnik do odsysania z oskrzeli był silikonowany (co ma na celu łatwe wprowadzenie ww. cewnika do rurki intubacyjnej), prosimy zamawiającego o dopuszczenie cewników do odsysania z oskrzeli o powierzchni zewnętrznej typu Frost-Surface minimalizującej tarcie względem wewnętrznej powierzchni rurki intubacyjnej.
6. **Pakiet 2, pozycja 2.** Czy Zamawiający wymaga aby cewniki były wykonane z tworzywa o zmiennej sztywności: elastyczny, miękki i zaokrąglony dystalny koniec eliminuje możliwość powstania urazów śluzówki tchawicy, zaś sztywniejsza część proksymalna ułatwia precyzyjne prowadzenie cewnika poprzez rękaw ochronny?
7. **Pakiet 2, pozycja 2.** Czy Zamawiający wymaga aby cewniki posiadały samouszczelniającą nasadkę umożliwiającą prowadzenie zabiegów bronchofiberoskopowych lub pobieranie próbek wydzieliny do badań?
8. **Pakiet 2, pytanie 2.** Czy Zamawiający wymaga aby cewniki posiadały min. 4 otwory boczne i otwór centralny?
9. **Pakiet 2, pytanie 2.** Czy Zamawiający wymaga aby związku z przystosowaniem cewników do odsysania oskrzeli, posiadały one kierunkową, zagiętą końcówkę do selektywnego odsysania oskrzeli?
10. **Pakiet 2, pytanie 2.** Czy Zamawiający wymaga aby cewniki posiadały długość co najmniej 58 cm ?
11. **Pakiet 2, pytanie 2** - czy Zamawiający wymaga aby cewniki posiadały dodatkowe światło do dotchawiczego podawania soli fizjologicznej dla skutecznego usuwania zaschniętej wydzieliny?

12. Pakiet 2 pozycja 2: Czy zamawiający wymaga aby zamknięty zestaw do odsysania mógł być stosowany także powyżej 48 h, bez potrzeby wymiany jakiegokolwiek elementu w systemie?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1 Zgodnie z zapisem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oferowane w Pakiecie Nr 1 filtry mechaniczne winny umożliwiać 24h filtrację, natomiast jeżeli chodzi o powierzchnię filtrującą to Zamawiający dopuszcza aby wynosiła ona $\geq 500 \text{ cm}^2$.

Ad.2 Zgodnie z zapisem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oferowane w Pakiecie Nr 1 filtry mechaniczne winny umożliwiać 24h filtrację, natomiast jeżeli chodzi o objętość to Zamawiający dopuszcza aby wynosiła ona co najmniej 92 cm^3 .

Ad.3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 poz. 1 filtra mechanicznego, którego zaawansowanie techniczne umożliwia zawarcie funkcji filtra bakteryjno-wirusowego oraz wymiennika ciepła i wilgoci w jednym elemencie.

Ad.4 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 1 cewników wykonanych z termoczułego PCV pokrytego tworzywem Slide-tex TM, spełniającym identyczną rolę, jak silikonowanie.

Ad.5 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 1 cewników do odsysania z oskrzeli o powierzchni zewnętrznej typu Frost-Surface minimalizującej tarcie względem wewnętrznej powierzchni rurki intubacyjnej.

Ad.6 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 2 cewników wykonanych z tworzywa o zmiennej sztywności: z elastycznym, miękkim i zaokrąglonym dystalnym końcem oraz sztywniejszą częścią proksymalną.

Ad.7 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 2 cewników posiadających samouszczelniającą nasadkę umożliwiającą prowadzenie zabiegów bronchofiberoskopowych lub pobieranie próbek wydzieliny do badań.

Ad.8 Zgodnie z zapisem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający wymaga aby zaoferowane w Pakiecie Nr 2 poz. 2 cewniki posiadały otwór centralny i min. 2 otwory boczne, w związku z czym dopuszcza zaoferowanie cewników posiadających otwór centralny i 4 otwory boczne.

Ad.9 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 poz. 2 cewników posiadających kierunkową, zagiętą końcówkę do selektywnego odsysania oskrzeli.

Ad.10 Zamawiający wymaga aby zaoferowane w Pakiecie Nr 2 poz. 2 cewniki do rurek intubacyjnych posiadały długość 50-60 cm, natomiast do rurek tracheostomijnych miały długość 25 – 50 cm.

Ad.11 Zamawiający wymaga aby zaoferowany w Pakiecie Nr 2 poz. 2 system posiadał dodatkowe światło do dotchawiczego podawania soli.

Ad.12 Zamawiający w SIWZ zapisał, że wymaga w Pakiecie Nr 2 poz. 2 zestawów z możliwością używania min. 48h, w zapisie tym mieszczą się również zestawy o możliwości stosowania powyżej 48h.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami ustala się nowy termin składania ofert na dzień 13 października 2006 r. godzina 10⁰⁰, natomiast otwarcie ofert nastąpi 13 października 2006r. o godzinie 11⁰⁰.

Otrzymują:

1. Wszyscy uczestnicy postępowania, którym Zamawiający przekazał SIWZ.
2. Strona internetowa Zamawiającego.
3. a/a