

Wymagane i oferowane parametry techniczne wirówki laboratoryjnej stołowej

Lp	Parametry wymagalne	Parametry oferowane (wpisać tak/nie lub podać wartości)
1.	Wirówka laboratoryjna stołowa z chłodzeniem, sterowana mikroprocesorowo z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi.	
2.	Objętości wirowane do min. 280 ml.	
3.	Prędkość programowania min od 500 do 14 000 obrotów/min. (do 20.800 x g).	
4.	Dokładność kontroli obrotów +/- 10 rpm.	
5.	Temperatura programowania w zakresie -9 do +40 stopni C.	
6.	Pamięć min 5 programów przywoływanych bezpośrednio.	
7.	Funkcja krótkich odwirowań.	
8.	Programowanie w zakresie od min. 1 minuty do 99 minut.	
9.	Silnik indukcyjny.	
10.	Łatwa i szybka wymiana rotorów.	
11.	Masa nie większa niż 99 kg.	
12.	Poziom hałasu powyżej 57 dBA.	
13.	Możliwość programowania prędkości obrotowej i siły wirowania.	
14.	Funkcja korekcji promienia wirowania.	
15.	Aerozoloszczelna pokrywa do wirowania.	
16.	Rotor horyzontalny na 4 stalowe pojemniki wirownicze	
17.	Możliwość wirowania min. 16 probówek 50 ml jednorazowo.	
18.	Gwarancja i bezpłatny serwis w okresie min. 12 miesięcy od daty protokolarnego odbioru uruchomionego urządzenia.	
19.	Gwarantowany czas od zgłoszenia usterki do jej usunięcia maksymalnie 72 godziny - dni robocze.	
20.	W okresie gwarancji dowóz urządzenia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.	
21.	Instrukcja obsługi w języku polskim	

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty