

**Wymagane i oferowane parametry techniczne szyny czynnościowej do
ruchów biernych kończyny dolnej**

Lp	Parametry wymagalne	Parametry oferowane (wpisać tak/nie lub podać wartości)
1.	Mobilizacja stawu kolanowego i biodrowego	
2.	Możliwość współpracy z Kartą Pamięci	
3.	Regulacja prędkości w trakcie zgięcia-wyprostu	
4.	Regulacja siły oporu	
5.	Regulacja czasu trwania ćwiczeń	
6.	Automatyczne zwiększenie wyprostu	
7.	Automatyczne zwiększenie zgięcia	
8.	Przerwa po osiągnięciu limitu wyprostu	
9.	Przerwa po osiągnięciu limitu zgięcia	
10.	Funkcja rozgrzewki	
11.	Zakres ruchu w stawie kolanowym 0-110	
12.	Zakres ruchu w stawie biodrowym (w pozycji leżącej) 10-70	
13.	Gwarantowany czas od zgłoszenia usterki do jej usunięcia maksymalnie 72 godziny - dni robocze.	
14.	Gwarantowany czas od zgłoszenia usterki do jej usunięcia maksymalnie 72 godziny - dni robocze.	
15.	W okresie gwarancji dowóz urządzenia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.	
16.	Instrukcja obsługi w języku polskim	

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty