



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie

ponad 160 lat tradycji w świadczeniu usług zdrowotnych

.....
.....
.....

Znak: AE-5/84/2006

Tarnów, 2006-10-26

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000 EURO na dostawę rękawic medycznych.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej o treści:

W związku z ww. postępowaniem przetargowym prosimy o sprecyzowanie przedmiotu zamówienia i wyjaśnienia :

1. Dotyczy poz.:1, 2, 3. Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty certyfikatu wydanego przez jednostkę notyfikowaną potwierdzającego kontrolę i nadzór ze strony jednostki notyfikowanej nad zgodnością rękawic z normą EN 455 ?
2. Dotyczy poz.:1, 2, 3. Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty dokumentów potwierdzających testowanie rękawic diagnostycznych na przenikalność dla substancji chemicznych wykorzystywanych w laboratoriach diagnostycznych oraz w środkach myjących i dezynfekcyjnych?
3. Dotyczy poz. 2 i 3. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic w/w pozycjach w rozmiarze S-XL.
4. Dotyczy poz. 6. Czy Zamawiający wymaga, aby rękawice z w/w pozycji były pozbawione protein lateksowych oraz przyspieszaczy wulkanizacji, a zatem z punktu widzenia uczuleń (typ I i typ IV) były całkowicie bezpieczne dla użytkowników i pacjentów?
5. Dotyczy poz. 7, 8. Prosimy o wyłączenie w/w pozycji do osobnego pakietu co pozwoli nam na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.
6. Dotyczy poz.: 1, 2, 3. Zwracamy się z zapytaniem czy możliwa jest zmiana jednostki miary ze sztuk na opakowania w przypadku artykułów, których ceny zwyczajowo podaje się w opakowaniach 100 szt.?
7. Poz. 8 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w tej pozycji rękawic sekcyjnych, niesterylne, długie o całkowitej długości rękawic min. 30 cm?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1 Zamawiający nie wymaga w pozycjach Nr 1 – 3 załączenia do oferty certyfikatu wydanego przez jednostkę notyfikowaną potwierdzającego kontrolę i nadzór ze strony jednostki notyfikowanej nad zgodnością rękawic z normą EN 455.

Ad.2 Zamawiający nie wymaga w pozycjach Nr 1 – 3 załączenia do oferty dokumentów potwierdzających testowanie rękawic diagnostycznych na przenikalność dla substancji chemicznych wykorzystywanych w laboratoriach diagnostycznych oraz w środkach myjących i dezynfekcyjnych.

Ad.3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pozycjach Nr 2 – 3 rękawic w rozmiarze: S, M, L, XL.

Ad. 4. Zgodnie z opisem zawartym w Formularzu Cenowym (Załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia) Zamawiający wymaga w poz. 6 rękawic bezlateksowych lub posiadających wewnętrzną warstwę bezlateksową.

Ad. 5 Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie pozycji 7 i 8 do odrębnego pakietu.

Ad. 6 Zamawiający w pozycjach 1 – 3 podał wielkość zapotrzebowania w sztukach, natomiast zgodnie z rubrykami w Formularzu Cenowym Wykonawca winien podać wielkość oferowanych opakowań oraz ich cenę jednostkową.

Ad. 7 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pozycji 8 rękawic sekcyjnych o całkowitej długości rękawicy min. 30 cm. Zgodnie z zapisem w Formularzu Cenowym oferowane w wymienionej pozycji rękawice winny być do łokcia, a więc ich całkowita długość musi wynosić min. 45 cm.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przesłał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a