



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie

ponad 160 lat tradycji w świadczeniu usług zdrowotnych

.....
.....

Znak: AE-5/87/2006

Tarnów, 2006-11-06

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000 EURO na dostawę histeroskopu diagnostycznego (ambulatoryjnego) dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej o treści:

Pytanie Nr 1

Czy Zamawiający dopuści światłowód o średnicy 3,50 mm?

Pytanie Nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie Kabla bipolarnego o długości min. 3,5m do diatermii ERBE typ ICC 300 E?

Pytanie Nr 3

Czy Zamawiający dopuści szczypce biopsyjne i chwytające o długości 320 mm?

Pytanie Nr 4

Czy Zamawiający dopuści nożyczki półsztywne o długości 320 mm?

Pytanie Nr 5

Czy Zamawiający dopuści szczypce typu PUNCH O długości 320 mm?

Pytanie Nr 6

Czy Zamawiający dopuści światłowód o długości 180 cm i średnicy 3,5 mm?

Pytanie Nr 7

Czy Zamawiający mógłby podać rodzaj posiadanego źródła światła (ksenonowe czy halogenowe) w celu określenia rekomendowanego przez producenta optyki odpowiedniego światłowodu?

Pytanie Nr 8

Czy Zamawiający może sprecyzować jak należy rozumieć sformułowanie „cykl szkoleń w ośrodku referencyjnym”. Czy Zamawiający dopuści jedynie szkolenie pracowników i lekarzy w miejscu instalacji u Zamawiającego?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 i 6

Zamawiający nie dopuści światłowodu o średnicy 3,50mm.

Ad.2

Zamawiający dopuści kabel bipolarny o długości minimum 3,50 m do diatermii ERBE typ ICC 300 E.

Ad.3

Zamawiający dopuści szczypce biopsyjne i chwytające o długości 320 mm.

Ad.4

Zamawiający dopuści nożyczki półsztywne o długości 320 mm.

Ad.5

Zamawiający dopuści szczypce typu PUNCH o długości 320 mm.

Ad.6

Źródło światła CLV-S wyposażone jest w lampę ksenonową.

Ad. 7

Przez "cykl szkoleń w ośrodku referencyjnym" Zamawiający rozumie conajmniej 1 szkolenie minimum 3 dniowe w ośrodku klinicznym lub 3 szkolenia 1 dniowe w ośrodku klinicznym. Zamawiający nie dopuści jedynie szkoleń pracowników i lekarzy w miejscu instalacji u Zamawiającego.

Otrzymują:

1. Wszyscy uczestnicy postępowania, którym Zamawiający przekazał SIWZ.
2. Strona internetowa Zamawiającego.
3. a/a