



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie

ponad 160 lat tradycji w świadczeniu usług zdrowotnych

.....
.....

AE-5/89/2006

Tarnów, 2006-11-24

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- sprawa AE-5/89/2006

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający - Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie, ul. Szpitalna 13, 33-100 Tarnów zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EURO na **dostawy: aparatów i zestawów do pomiaru ciśnienia, linii pomiarowych do pomiaru CO₂, kaniuli do wlewów dożylnych, igieł iniekcyjnych, igieł do nakłuć lędźwiowych dla Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie** – wybrane zostały oferty następujących Firm:

Aesculap Chifa Sp. z o.o. – ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl w:

Pakiecie nr 1

Cena wybranej oferty: **240,75** zł (słownie: dwieście czterdzieści złotych 75/100), w tym cena netto: **225,00** zł (słownie: dwieście dwadzieścia pięć złotych 00/100).

Centrum Zaopatrzenia Medycznego „CEZAL” S.A. – ul. Widna 4, 50-543 Wrocław w:

Pakiecie Nr 4

Cena wybranej oferty: **14.537,02** zł (słownie: czternaście tysięcy pięćset trzydzieści siedem złotych 02/100), w tym cena netto: **13.586,00** zł (słownie: trzynaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć złotych 00/100).

Pakiecie Nr 6

Cena wybranej oferty: **59,92** zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć złotych 92/100), w tym cena netto: **56,00** zł (słownie: pięćdziesiąt sześć złotych 00/100).

Bialmed Sp. z o.o. – ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska

Pakiecie Nr 5

Cena wybranej oferty: **5.226,81** zł (słownie: pięć tysięcy dwieście dwadzieścia sześć złotych 81/100), w tym cena netto: **4.884,85** zł (słownie: cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt cztery złote 85/100).

Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów na podstawie kryteriów oceny ofert (opisanych wzorami) określonych w SIWZ - obliczonych jako suma punktów przyznanych ofercie przez poszczególnych członków komisji za wymienione w SIWZ kryterium, z uwzględnieniem wagi tego kryterium.

Umowa z Firmami, których oferty zostały wybrane zostaną zawarte w dniu 04 grudnia 2006 r.

Informacja o Wykonawcach których oferty zostały odrzucone

Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień publicznych zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty do postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 EURO na **dostawy: aparatów i zestawów do pomiaru ciśnienia, linii pomiarowych do pomiaru CO₂, kaniuli do wlewów dożylnych, igieł iniekcyjnych, igieł do nakłuć lędźwiowych dla Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie**, iż:

1. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy odrzucił w **Pakiecie Nr 4** ofertę złożoną przez **Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego „ZARYS” Sp. z o.o.** – ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze (dalej Wykonawca). W Formularzu Cenowym w Pakiecie Nr 4 w pozycji nr 6 Zamawiający wymagał kaniuli o średnicy 1,8 mm, natomiast Wykonawca zaoferował kaniule o średnicy 1,7 mm. W związku z powyższym oferta została odrzucona.
2. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy odrzucił w **Pakiecie Nr 4** ofertę złożoną przez **J. Chodacki, M. Chodacki, A. Misztal „MEDICA” Spółka Jawna** – ul. Przemysłowa 4a, 59-300 Lubin (dalej Wykonawca). W Formularzu Cenowym w Pakiecie Nr 4 w pozycji nr 2 Zamawiający wymagał kaniuli o średnicy 0,9 mm, natomiast Wykonawca zaoferował kaniule o średnicy 0,8 mm, w pozycji nr 3 kaniule winny mieć średnicę 1,1 mm, zaoferowane posiadają średnicę 1,0, w pozycji nr 4 Wykonawca zaoferował kaniule o średnicy 1,2 mm, natomiast Zamawiający wymagał 1,3 mm, również w poz. 6 zaoferowane kaniule mają inną średnicę (1,7 mm) niż wymagane przez Zamawiającego (1,8 mm). W związku z powyższym oferta została odrzucona.
3. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy odrzucił w **Pakiecie Nr 4** ofertę złożoną przez **Aesculap Chifa Sp. z o.o.** – ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl (dalej Wykonawca). W Formularzu Cenowym w Pakiecie Nr 4 w pozycji nr 6 Zamawiający wymagał kaniuli o długości 45 mm i średnicy 1,8 mm, natomiast Wykonawca zaoferował kaniule o długości 50 mm i średnicy 1,7 mm W związku z powyższym oferta została odrzucona.

Równocześnie Zamawiający informuje, że w wyżej wymienionym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców.

Otrzymują:

1. Wszyscy Wykonawcy którzy złożyli oferty
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a