



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie

ponad 160 lat tradycji w świadczeniu usług zdrowotnych

.....

.....

Znak: AE-5/89/2006

Tarnów, 2006-11-06

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 60 000 EURO na dostawy: aparatów i zestawów do pomiaru ciśnienia, linii pomiarowych do pomiaru CO₂, kaniuli do wlewów dożylnych, igieł iniekcyjnych, igieł do nakłuć lędźwiowych dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców następującej treści:

1. Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli dożylniej 24G/19 mm/0,7 bez dodatkowego portu iniekcyjnego.
2. Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1 - 6. Czy Zamawiający wymaga aby informacja producenta o braku zawartości lateksu i PCV w kaniulach była umieszczona na opakowaniu jednostkowym?
3. Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 2 - 6. Czy Zamawiający wymaga aby kaniule posiadały samodomykający się koreczek, który zapobiega samoczynnemu otwarciu się portu?
4. Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 2 - 6. Czy Zamawiający dopuszcza tolerancję w średnicach zewnętrznych kaniul w mm zgodnie z międzynarodową normą ISO 10555-5, dotyczącej standaryzacji kaniul w ramach stosowanej jednostki Gauge?
5. Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1 - 6. Czy Zamawiający wymaga igieł cienkościennych o większym świetle?
6. Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1 - 6. Czy Zamawiający wymaga aby na fabrycznych opakowaniach jednostkowych był podany rozmiar igieł iniekcyjnych?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następujących odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 4 poz. 1 kaniuli dożylniej 24G/19 mm/0,7 bez dodatkowego portu iniekcyjnego (bocznego).

Ad. 2 Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza aby informacja producenta o braku zawartości lateksu i PCV była umieszczona na opakowaniu jednostkowym zaoferowanych w Pakiecie Nr 4 poz. 1 – 6 kaniulach. Zgodnie z zapisami w Formularzu Cenowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kaniule winny być apirogenne i nietoksyczne

Ad. 3 Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie Nr 4 poz. 2 - 6 kaniul ze stałym koreczkiem (zatyczką) do portu iniekcyjnego (bocznego), przy czym nie musi, ale może to być koreczek samodomykający. Wymaganie dotyczy również kaniul z poz. 1 Pakietu nr 4.

Ad. 4 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 4 poz. 2 – 6 kaniul z tolerancją 0,1 mm w średnicach zewnętrznych kaniul, zgodnie z międzynarodową normą ISO 10555-5, dotyczącej standaryzacji kaniul w ramach stosowanej jednostki Gauge.

Ad. 5 Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 5 poz. 1 – 6 igieł cienkościennych.

Ad. 6 Zamawiający wymaga aby na fabrycznych opakowaniach jednostkowych igieł zaoferowanych w Pakiecie Nr 5 poz. 1 – 6 był podany rozmiar (np. 18G/1,2 lub 1,25 mm/40 lub 50 mm).

Otrzymują:

1. Wszyscy uczestnicy postępowania którym Zamawiający przekazał SIWZ oraz strona internetowa Zamawiającego.
2. a/a