

**Wymagane parametry techniczne urządzenia do obrazowania wnętrza naczyń
wieńcowych z możliwością analizy składu, morfologii i wielkości blaszek
miażdżycowych (wirtualna histologia)**

Lp	Parametry wymagane	Parametry oferowane (wpisać tak/nie, podać typ/nazwę)
1.	Kompletne urządzenie umożliwiające wykonanie badania i następowej analizy obrazu wnętrza tętnic wieńcowych w trybie standardowym, trybie analizy przepływu oraz trybie wirtualnej histologii - podać typ urządzenia	
2.	W zestawie :	
a.	Urządzenie do wielokrotnej automatycznej trakcji sondy wykorzystywane do wykonywania badań	
b.	Odpowiednie sondy umożliwiające wykonanie badań w trybach wymienionych w punkcie 1 (min. 3 komplety) - podać nazwy sond	
c.	Przewody niezbędne do podłączenia do systemu monitorowania pacjenta	
d.	19" kolorowy monitor LCD	
e.	Oprogramowanie eliminujące artefakty pochodzące z sondy	
f.	Urządzenie do nagrywania i archiwizacji na CD-R, DVD-R w formacie DICOM 3,0	
g.	Instrukcja obsługi w języku polskim	
3.	Gwarancja i bezpłatny serwis w okresie min. 12 miesięcy od daty protokolarnego odbioru uruchomionego urządzenia - podać okres gwarancji	
4.	Gwarantowany czas od zgłoszenia usterki do jej usunięcia maksymalnie 72 godziny (dni robocze) - podać oferowany czas	
5.	W okresie gwarancji dowóz urządzenia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.	
6.	Szkolenie pracowników w miejscu instalacji u Zamawiającego	

Brak potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunku granicznego skutkowań będzie odrzuceniem oferty przetargowej.

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty