



## Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie

*ponad 160 lat tradycji w świadczeniu usług zdrowotnych*

.....  
.....

Znak: AE-5/96/2006

Tarnów, 2006-12-04

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 60 000 EURO na dostawę odczynników i materiałów zużywalnych do badań mikrobiologicznych oraz dzierżawę systemu do badań dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.**

W związku z zapytaniem Wykonawców następującej treści:

1. Dotyczy Załącznika Nr 1.1 – „Wymagane i oferowane parametry automatycznego systemu do posiewu krwi i innych płynów ustrojowych oraz podłoży do hodowli drobnoustrojów oraz Załącznika Nr 2.1 – „Wymagane i oferowane parametry systemu do identyfikacji drobnoustrojów. Czy Zamawiający w parametrach wymaganych w punkcie „Instrukcja użytkowania w języku polskim” wymaga aby instrukcje dołączyć do oferty czy dostarczyć po podpisaniu umowy wraz z aparatem?
2. Dotyczy Załącznika Nr 1 Pakiet Nr 2. Czy Zamawiający dopuści inne konfekcjonowanie opakowań z jednoczesnym zachowaniem wymaganej ilości?
3. Dotyczy Załącznika Nr 1 Pakiet Nr 11. Czy Zamawiający może określić rodzaj wymaganej pipetki pasterowskiej (poz. 1) plastikowa czy szklana?
4. Dotyczy Załącznika Nr 1 Pakiet Nr 11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozdzielanie Pakietu Nr 11?
5. Dotyczy wymagań granicznych dla Pakietu Nr 4. Czy Zamawiający odstąpi od warunku granicznego w Pakiecie Nr 4, aby podłoża na płytkach posiadały certyfikat ISO 13485? Prosimy o wyrażenie zgody na złożenie oferty przez Oferenta, który ma wdrożony system jakości ISO 9001:2000
6. Dotyczy Pakietu Nr 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odczynniki z następującymi terminami ważności zgodnie z zaleceniami producenta – minimum 4 miesiące?
7. Dotyczy Pakietu Nr 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odczynniki z następującymi terminami ważności zgodnie z zaleceniami producenta – barwniki minimum 7 miesięcy, lateksy minimum 4 miesiące, zestawy do hodowli minimum 7 miesięcy?
8. Dotyczy Pakietu Nr 1 W Załączniku Nr 1.1 Zamawiający wymaga systemu do posiewów krwi o pojemności 100 – 120 miejsc, wnosimy o zmianę tego parametru i dopuszczenie aparatu mniejszego na 60 miejsc.
9. Dotyczy Pakietu Nr 1. Zamawiający wymaga zmiany czasu protokołowego dla próby negatywnej. Czy Zamawiający wymaga zmiany czasu protokołowego dla prób negatywnych każdorazowo w osobnej celi dla pojedynczej próby oraz dla prób wymagających wydłużonego czasu inkubacji również pojedynczej próby w osobnej celi dla każdego rodzaju butelek?
10. Dotyczy Pakietu Nr 1. Czy Zamawiający wymaga aby dla każdego rodzaju butelek istniała możliwość osobnego ustawienia czasu protokołowego (np. innego dla dzieci, innego dla dorosłych, innego dla prób w kierunku bakterii beztlenowych).
11. Dotyczy Pakietu Nr 1. Zamawiający wymaga aby oferent dołączył suplement jeśli istnieje w jego ofercie (zgodnie z zaleceniem producenta) aby zapewnić możliwość skutecznej hodowli takich drobnoustrojów i dołączył odpowiednią ulotkę producenta mówiącą o takim zaleceniu lub też odpowiednie dokumenty mówiące, że taki suplement jest niepotrzebny.

12. Dotyczy Pakietu Nr 1. Wnosimy o możliwość zaproponowania hodowli grzybów w jednej butelce wraz z hodowlą bakterii tlenowych lub beztlenowych lub też hodowli grzybów w butelce pediatrycznej.

**Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następujących odpowiedzi:**

**Ad. 1** W Pakietach Nr 1 i 2 Zamawiający w parametrach wymaganych w punkcie „Instrukcja użytkowania w języku polskim” wymaga od Wykonawcy oświadczenia, że oferowany aparat posiada instrukcję użytkowania w języku polskim, natomiast dostarczenia tej instrukcji będzie żądał po podpisaniu umowy - wraz z aparatem.

**Ad. 2** Zamawiający dopuszcza w Pakiecie Nr 2 inne konfekcjonowanie opakowań niż określone w Formularzu Cenowym stanowiącym Załącznik Nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z jednoczesnym zachowaniem wymaganej ilości.

**Ad. 3** Oferowane w Pakiecie Nr 11 pipetki pasterowskie (poz. 1) winny być plastikowe.

**Ad. 4** Zamawiający nie wyraża zgody na rozdzielenie pozycji z Pakietu Nr 1 na oddzielne pakiety.

**Ad. 5** Zamawiający podtrzymuje w Pakiecie Nr 4 wymóg aby Wykonawca posiadał na oferowane krażki do antybiogramów certyfikat ISO 13485:2003 lub ISO 13485:2004, ponieważ system jakości ISO 13485 został wdrożony przez kilku producentów podłóż.

**Ad. 6** Zamawiający podtrzymuje w Pakiecie Nr 2 wymóg posiadania przez oferowane odczynniki terminów ważności określonych przez Zamawiającego w Formularzu Cenowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Ad. 7** Zamawiający podtrzymuje w Pakiecie Nr 3 wymóg posiadania przez oferowane odczynniki terminów ważności 12 miesięcy z wyjątkiem lateksów dla których wyraża zgodę na zaoferowanie odczynników z terminem ważności 9 miesięcy.

**Ad. 8** Zamawiający podtrzymuje w Pakiecie Nr 1 wymóg zaoferowania systemu do posiewu krwi o pojemności 100 – 120 miejsc.

**Ad. 9 – 10** Zamawiający podtrzymuje w Pakiecie Nr 1 zapis zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia o możliwości zmiany czasu protokolowego dla hodowli negatywnej bez zmian. Zamawiający znając możliwości dostępnych na rynku polskim systemów do posiewów krwi innych płynów ustrojowych uważa je za wystarczające dla swoich potrzeb w zakresie opcji zmiany czasu protokolowego dla hodowli negatywnej.

**Ad. 11 – 12** Zamawiający określił w Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia swoje wymagania jakościowe i ilościowe w odniesieniu do asortymentu oferowanego w pakiecie Nr 1 i podtrzymuje te zapisy.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami ustala się nowy termin składania ofert na dzień 11 grudnia 2006 r. godzina 12<sup>30</sup>, natomiast otwarcie ofert nastąpi 11 grudnia 2006r. o godzinie 13<sup>00</sup>.

Otrzymują:

1. Wszyscy uczestnicy postępowania którym Zamawiający przekazał SIWZ oraz strona internetowa Zamawiającego.
2. a/a