

Wymagane i oferowane parametry automatycznego systemu do posiewu krwi i innych płynów ustrojowych oraz podłoży do hodowli drobnoustrojów

Lp	Parametry wymagane	Parametry oferowane (wpisać tak/nie, podać wartość, opisać)
Wymagania wobec systemu do posiewu krwi i innych płynów ustrojowych		
1.	Pojemność aparatu 100 - 120 miejsc	
2.	Kontrola stanu hodowli na podstawie co najmniej dwóch różnych parametrów	
3.	Ciągły monitoring hodowli: pomiary co najmniej 4 razy na godzinę	
4.	Możliwość graficznego przedstawiania przebiegu hodowli	
5.	Możliwość włączenia aparatu w sieć informatyczną z opcją podglądu przez uprawnionych pracowników poza terenem Pracowni	
6.	System dźwiękowej i graficznej sygnalizacji prób dodatnich oraz tych, których czas inkubacji dobiegł końca	
7.	System sygnalizacji błędów oraz przekroczenia parametrów granicznych	
8.	Protokół hodowli negatywnej nie dłużej niż 7 dni	
9.	Możliwość zmiany czasu protokolowego dla hodowli negatywnej	
8.	Instrukcja obsługi w języku polskim	
9.	Szkolenie personelu w zakresie obsługi w aparatu w siedzibie Zamawiającego	
10.	Wliczony w dzierżawę serwis do 24 godzin od zgłoszenia awarii do jej usunięcia, w tym przegląd i kalibracja aparatu jeżeli wymaga tego do prawidłowej pracy	
11.	Wstawienie aparatu zastępczego na czas naprawy – przy naprawie trwającej powyżej 72 godziny	
Wymagania wobec podłoży do hodowli drobnoustrojów		
1.	Podłoża odpowiednie do hodowli drobnoustrojów z krwi oraz innych płynów ustrojowych (płyn mózgowo-rdzeniowy, opłucnowy, stawowy, z jamy otrzewnej itp.)	
2.	Podłoża pediatryczne oraz dla dorosłych	
3.	Podłoża dla bakterii tlenowych, w tym odpowiednie dla Neissera i Haemofilus, selektywne dla grzybów drożdżopodobnych oraz bakterii beztlenowych	
4.	Podłoża zapewniające wzrost drobnoustrojów nawet z minimalnej objętości materiału bez konieczności wzbogacania hodowli do pobierania materiału	
5.	Podłoża z inaktywatorami antybiotyków	
6.	Data ważności podłoży - minimum 6 miesięcy od daty dostawy	
7.	Butelki z pożywkami winny być dostarczane z uchwytami do pobierania krwi	

Uwaga! Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty