

Wymagane i oferowane parametry systemu do identyfikacji drobnoustrojów

Lp	Parametry wymagane	Parametry oferowane (wpisać tak/nie, podać wartość, opisać)
1.	Nazwa i producent oferowanego systemu	
2.	Ocena identyfikacji w formie paneli (pasków), zawierających odpowiedni zestaw testów biochemicznych właściwych dla danej grupy drobnoustrojów	
3.	Odczyt pasków identyfikacyjnych automatyczny, powinien zawierać: identyfikację drobnoustroju do gatunku, % prawdopodobieństwa, % zgodności z wzorcem, możliwość manualnej korekty wyników wątpliwych nieprawdopodobnych	
4.	Ocena lekowrażliwości automatyczna (test zmętnieniowy) wraz z podaniem wartości MIC (w określonych wypadkach), przy stężeniach antybiotyku zgodnych z zaleceniami CLSI	
5.	Program expert analizujący wyniki testów lekowrażliwości i wskazujący wyniki błędne lub nieprawdopodobne	
6.	Program statystyczny analizujący dane pod względem epidemiologicznym	
7.	archiwizacja wprowadzanych danych	
8.	Instrukcja obsługi w języku polskim	
9.	Szkolenie personelu w zakresie obsługi w aparatu w siedzibie Zamawiającego	
10.	Wliczony w cenę oferty serwis do 24 godzin od zgłoszenia awarii do jej usunięcia, w tym przegląd i kalibracja aparatu jeżeli wymaga tego do prawidłowej pracy	
11.	Wstawienie aparatu zastępczego na czas naprawy – przy naprawie trwającej powyżej 72 godziny	

Uwaga! Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty