



AE-5/05/2007

Tarnów, 2007-02-08

Informacja o unieważnieniu postępowania - sprawa AE-5/05/2007

Zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający – Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie, ul. Szpitalna 13, 33-100 Tarnów zawiadamia, iż postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EURO na: dostawy **blon i odczynników do rtg** dla Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie zostało unieważnione.

Podstawa prawna unieważnienia

art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie składania ofert, tj. do dnia 29 stycznia 2007 r. do godz. 10⁰⁰ wpłynęły 3 oferty, wszystkie zostały odrzucone.

Informacja o Wykonawcach których oferty zostały odrzucone

Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień publicznych zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty do postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 EURO na dostawy **blon i odczynników do rtg**, iż:

1. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy odrzucił ofertę złożoną przez **P.H.U. "M-MED." Jacek Miałkowski - ul. F. Konecznego 6/19u, 31-216 Kraków** Zgodnie z wymogiem określonym w Załączniku Nr 2 do SIWZ zawartość srebra w emulsji winna wynosić 3,8 lub 3,3 g/m², natomiast zawartość srebra w emulsji oferowanych blon wynosi 3,26 g/m². Ponadto grubość podłoża T_{base} dla oferowanych blon wynosi 178µm, natomiast Zamawiający wymagał aby grubość podłoża wynosiła 175 µm. W związku z powyższym oferta została odrzucona przez Zamawiającego.
2. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy odrzucił ofertę złożoną przez **"FOTON TRADING" Sp. z o.o. - ul. Wolska 84/86, 01-141 Warszawa.** Zgodnie z wymogiem określonym w Załączniku Nr 2 do SIWZ zawartość srebra w emulsji winna wynosić 3,8 lub 3,3 g/m², natomiast zawartość srebra w emulsji oferowanych blon wynosi 3,26 g/m². W związku z powyższym oferta została odrzucona przez Zamawiającego.
3. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy odrzucił ofertę złożoną przez **Agfa Sp. z o.o. - Al. Jerozolimskie 195A, 02-222 Warszawa.** Zgodnie z wymogiem określonym w Załączniku Nr 2 do SIWZ zadymienie początkowe D_{fogg} winno wynosić, <0,05, natomiast zgodnie z załączoną do oferty informacją producenta (str. 40 oferty) zadymienie początkowe oferowanych blon jest = 0,05. W związku z powyższym oferta została odrzucona przez Zamawiającego.

Równocześnie Zamawiający informuje, że w wyżej wymienionym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców.

Otrzymują:

1. Wszyscy Wykonawcy którzy złożyli oferty
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a