



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie

ponad 160 lat tradycji w świadczeniu usług zdrowotnych

.....
.....

Znak: AE-5/05/2007

Tarnów, 2007-01-25

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 60 000 EURO na dostawy błon i odczynników do rtg dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców dotyczącymi ogólnych warunków umowy przedstawionymi w SIWZ:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie filmów o następujących parametrach: grubość emulsji – nieokreślona (brak danych), gęstość optyczna podłoża $D_{base}=0,145$, światłoczułość względna – nieokreślona (brak danych), kontrast średni (gradient) $A_v G_{rdnt}=2,8$, zawartość srebra w emulsji $A_{gcont}=3,30$.
2. Czy Zamawiający w pkt IV.19 SIWZ wyrazi zgodę na potwierdzenie parametrów oferowanego asortymentu poprzez oświadczenie producenta lub oferenta?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następujących odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie filmów o następujących parametrach: grubość emulsji – nieokreślona (brak danych), gęstość optyczna podłoża $D_{base}=0,145$, światłoczułość względna – nieokreślona (brak danych), kontrast średni (gradient) $A_v G_{rdnt}=2,8$, zawartość srebra w emulsji $A_{gcont}=3,30$

Ad. 2 Zamawiający podtrzymuje zapis pkt IV.19 SIWZ.

Otrzymują:

1. Wszyscy uczestnicy postępowania którym Zamawiający przekazał SIWZ oraz strona internetowa Zamawiającego.
2. a/a