



AE-5/101/2007

Tarnów, 2008-01-28

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa AE-5/101/2007

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający - Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie, ul. Szpitalna 13, 33-100 Tarnów zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 211.000 EURO na **dostawy stentów wieńcowych na cewniku balonowym** dla Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie – wybrana została oferta Firmy:

Comesa Polska Sp. z o.o., ul. Wolińska 4, 03-699 Warszawa, woj. mazowieckie w:

Pakiecie Nr 1

Cena wybranej oferty: **48.150,00** zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 00/100), w tym cena netto: **45.000,00** zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100).

Pakiecie Nr 2

Cena wybranej oferty: **34.775,00** zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt pięć złotych 00/100), w tym cena netto: **32.500,00** zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące pięćset złotych 00/100).

Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów na podstawie kryteriów oceny ofert (opisanych wzorami) określonych w SIWZ - obliczonych jako suma punktów przyznanych ofercie przez poszczególnych członków komisji za wymienione w SIWZ kryterium, z uwzględnieniem wagi tego kryterium.

Umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

W wyżej wymienionym postępowaniu złożone zostały oferty Wykonawców, których nazwy (firmy), siedzibę i adresy przedstawiono w poniższej tabeli:

Nr oferty	Nazwa (firma), siedziba i adres Wykonawcy	Pakiety, w których Wykonawca złożył ofertę
I	BIOTRONIK POLSKA Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 400, 60-169 Poznań, woj. wielkopolskie	Pakiet Nr 1
II	Comesa Polska Sp. z o.o., ul. Wolińska 4, 03-699 Warszawa, woj. mazowieckie	Pakiety Nr 1 i 2
III	Procardia Medical Sp. z o.o., ul. Komisji Edukacji Narodowej 83 lok. 16, 02-777 Warszawa, woj. mazowieckie	Pakiet Nr 1

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację przedstawiono poniżej:

Pakiet Nr 1

Numer oferty	Liczba punktów w kryterium cena brutto	Liczba punktów w kryterium parametry techniczne	Razem
Oferta Nr II	386,68	100,00	486,68
Oferta Nr III	400,00	0,00	400,00

Pakiet Nr 2

Numer oferty	Liczba punktów w kryterium cena	Razem
Oferta Nr II	500,00	500,00

Informacja o Wykonawcach którzy zostali wykluczeni

Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo Zamówień publicznych zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 211.000 EURO na **dostawy stentów wieńcowych na cewniku balonowym**, iż na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 cytowanej ustawy wykluczył z wyżej wymienionego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego **BIOTRONIK POLSKA Sp. z o.o.**, ul. Grunwaldzka 400, 60-169 Poznań, woj. wielkopolskie w **Pakiecie Nr 1**.

- Zgodnie z wymogiem pkt IV 11b) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oświadczenie że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – należało potwierdzić oryginałem lub kopią koncesji, zezwolenia lub licencji, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym bądź oświadczeniem, że do wykonania zamówienia nie są wymagane wymienione dokumenty. W ofercie brak wymienionych dokumentów.
- Zgodnie z wymogiem pkt IV 14 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Oświadczenie, iż Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należało potwierdzić załączając do oferty wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie. W ofercie brak dokumentów potwierdzających, że dostawy zostały wykonane należycie.
- Wszelkie oświadczenia do złożenia których zobowiązany był Wykonawca, zgodnie z pkt IV. 1–11a, IV.12-18, IV.20-21 należało przedłożyć według wzoru Druku Oświadczeń dołączonego jako Załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W ofercie brak wymienionego Druku Oświadczeń.

W związku z powyższym Wykonawca został wykluczony z postępowania. Zamawiający nie wezwał Wykonawcy do uzupełnienia wymienionych dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy prawo Zamówień publicznych ponieważ mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy.

Informacja o Wykonawcach których oferty zostały odrzucone

Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień publicznych zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty do postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 211.000 EURO na **dostawy stentów wieńcowych na cewniku balonowym**, iż:

- na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 cytowanej ustawy odrzucił ofertę złożoną w **Pakiecie Nr 1** przez **BIOTRONIK POLSKA Sp. z o.o.**, ul. Grunwaldzka 400, 60-169 Poznań, woj. wielkopolskie. Uzasadnienie jak w informacji o wykluczeniu wymienionego Wykonawcy
- na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy odrzucił ofertę złożoną w **Pakiecie Nr 1** przez **BIOTRONIK POLSKA Sp. z o.o.**, ul. Grunwaldzka 400, 60-169 Poznań, woj. wielkopolskie (dalej Wykonawca). Zgodnie Załącznikiem Nr 2 określającym wymagane parametry przedmiotu zamówienia, oferowany w Pakiecie Nr 1 stent winien posiadać:
 - ciśnienie nominalne poniżej 10 bar dla średnicy 3,0 mm, natomiast w przypadku zaoferowanego stentu PRO-Kinetic ciśnienie nominalne dla średnicy 3,0 mm wynosi 10 bar.
 - ciśnienie RBP powyżej 16 bar dla średnicy 3,0 mm, natomiast w przypadku zaoferowanego stentu PRO-Kinetic ciśnienie RBP dla średnicy 3,0 mm wynosi 16 bar.
 - ponadto w pkt. 5 Załącznika Nr 2 należało podać nazwę cewnika balonowego – wykonawca podał „PRO-KINETIC”, natomiast z wyjaśnień Wykonawcy wynika, że jest to nazwa stentu – nazwa cewnika to – „ELECT”

Oferta została odrzucona jako nie spełniająca wymagań SIWZ.

Otrzymują:

1. Wszyscy Wykonawcy którzy złożyli oferty
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a