



.....
.....

Znak: AE-5/101/2007

Tarnów, 2008-01-08

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 211.000 EURO na dostawy stentów wieńcowych na cewniku balonowym dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującą treść:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Czy Zamawiający dopuści stent wieńcowy na cewniku balonowym kobaltowo-chromowy do rozgałęzień o długości w przedziale 8 do 25 mm i ciśnieniu RBP 15 atm (15 bar) dla średnicy 3,0 mm? Pozostałe parametry bez zmian
2. **Dotyczy Pakietu Nr 2** Czy Zamawiający dopuści stent wieńcowy na cewniku balonowym pokryty substancją przyspieszającą proces endotelializacji o długości w przedziale 8 do 32 mm i o ciśnieniu RBP 15 atm (15 bar) dla średnicy 3,00 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 1 stentów wieńcowych kobaltowo-chromowych do rozgałęzień o długości w przedziale 8 do 25 mm i ciśnieniu RBP 15 atm (15 bar) dla średnicy 3,0 mm.

Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 2 stentów wieńcowych na cewniku balonowym pokrytych substancją przyspieszającą proces endotelializacji o długości w przedziale 8 do 32 mm i ciśnieniu RBP 15 atm (15 bar) dla średnicy 3,0 mm.

Otrzymują:

1. Strona internetowa Zamawiającego
2. a/a