



.....

.....

Znak: AE-5/105/2007

Tarnów, 2007-12-21

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 211.000 EURO na dostawy odczynników do badań z mikrobiologii oraz testów paskowych do pomiaru stężenia glukozy w krwi pełnej dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. Dotyczy Pakietu Nr 1.4. Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania dodatkowych odczynników, jeżeli wykonanie testu tego wymaga?
2. Dotyczy Pakietu Nr 1.4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu z minimalnym terminem ważności 4 miesiące?
3. Dotyczy Pakietu nr 1.6. Czy nie nastąpiła pomyłka i jednostką miary jest gram a nie płytka – czyli sztuki?
4. Dotyczy Pakietu nr 1.6. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie testu z minimalnym terminem ważności 7 tygodni?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający oczekuje w Pakiecie 1.4 kompletnego zestawu do wykonania oznaczeń. Wszystkie dodatkowe odczynniki niezbędne do przeprowadzenia oznaczenia powinny być zawarte w zestawie. W razie konieczności oddzielnego wyspecyfikowania dodatkowych odczynników należy w Wymienionym Pakiecie dodać nowe pozycje w Formularzu Cenowym.

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 1.4 odczynnika z datą ważności maksymalną przewidzianą przez producenta.

Ad. 3 Zamawiający oczekuje w Pakiecie 1.6 podłoża chromogenne dla bakterii z moczu w formie sypkiej, a więc odpowiednią jednostką miary w takim przypadku jest gram – tak jak zapisał Zamawiający w Formularzu Cenowym.

Ad. 4. Oferowane w Pakiecie 1.6 podłoże musi mieć termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/