



.....
.....
.....

Znak: AE-5/13/2007

Tarnów, dnia 22.02.2007 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000 EURO na dostawy błon i odczynników do rtg.

W związku z zapytaniami Wykonawcy o następującej o treści:

Pytanie Nr 1 - Dotyczy Załącznika nr 2- Parametry wymagane.

Czy Zamawiający dopuści zmianę temperatury wywoływania w cyklu 90-120 sek. z temperatury 25° - 34 °C na 25° - 36° C ?

Pytanie Nr 2 – Dotyczy Załącznika nr 2- Parametry wymagane

Czy Zamawiający dopuści kontrast średni (gradient) $\geq 2,85$?

Pytanie Nr 3 – Dotyczy Załącznika nr 2- Parametry wymagane

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie filmów RTG o następujących parametrach: kontrast średni (gradient) $A_v G_{rdnt} \geq 2,80$.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie klisz ogólnodiagnostycznych o grubości i stabilności emulsji dostosowanej do wywoływania w cyklu 90-120 sek. i temperaturze 25° - 36° C .

Ad. 2

Zamawiający dopuści zaoferowanie błon ogólnodiagnostycznych o kontraście średnim (gradient) $A_v G_{rdnt} \geq 2,85$.

Ad. 3

Zamawiający dopuści zaoferowanie błon ogólnodiagnostycznych o kontraście średnim (gradient) $A_v G_{rdnt} \geq 2,80$.

W związku z wprowadzonymi zmianami ustala się nowy termin składania ofert na dzień 28.02.2007 r. godz. 10⁰⁰, natomiast otwarcie ofert nastąpi 28.02.2007 r. o godz. 11⁰⁰.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a