

Parametry wymagane w odniesieniu do przedmiotu zamówienia

Wymagania do przedmiotu zamówienia określonego w pozycjach 1 - 7 Formularza Cenowego (klisze ogólnodiagnostyczne):	Parametry klisz diagnostycznych oferowanych w pozycjach 1 - 7 Formularza Cenowego
- nadają się do obróbki automatycznej	
- uczulone na światło niebieskie	
- obustronne powłoki antystatyczne	
- wysoka odporność na zarysowania	
- grubość i stabilność emulsji dostosowana do wywoływania w cyklu 90-120 sekund i temperaturze 25 ⁰ - 34 ⁰ C	
- grubość podłoża T _{base} mieszcząca się w przedziale od 175 μm do 178 μm	
- barwa podłoża niebieska	
- gęstość optyczna podłoża D _{base} mieszcząca się w przedziale 0,145 do 0,165	
- gęstość optyczna minimalna D _{min} <0,22	
- gęstość optyczna maksymalna D _{max} >3,30	
- zadymienie początkowe D _{fogg} ≤0,05	
- kontrast średni (gradient) A _v G _{rdnt} >2,95	
- zawartość srebra w emulsji Ag _{cont} ≥ 3,26 g/m ²	
- absorpcja wody przez emulsję W _{abs} <25 g/m ²	
- błony znakowane, a znak firmowy powinien być widoczny po wywołaniu	
Wymagania do przedmiotu zamówienia określonego w pozycjach 8 - 9 Formularza Cenowego (odczynniki do obróbki chemicznej błon):	Parametry odczynników do obróbki chemicznej błon oferowane w pozycjach 8 - 9 Formularza Cenowego
- trwałość i utrzymanie stałego składu chemicznego	
- odczynniki do rozcieńczania w wodzie wodociągowej	
- wieloskładnikowe	
- możliwie bezwonne	
- wywoływacz w płynie do obróbki mechanicznej	
- utrwalcacz w płynie do obróbki mechanicznej	
Przedmiot zamówienia określony w pozycjach 1 - 11 Formularza cenowego musi być jednego producenta i jednej marki	

Oferta na przedmiot zamówienia nie spełniająca wyżej wymienionych wymagań będzie odrzucona.

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty