



.....
.....
.....

Znak: AE-5/15/2007

Tarnów, 2007-03-08

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000 EURO na dostawy implantów ortopedycznych, w tym endoprotez połówiczych stawu biodrowego typu Austin-Moorea

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej o treści:

1. Czy Zamawiający mógłby sprecyzować do którego pakietu wymaga instrumentarium?
2. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści możliwość tolerancji przy długości części gwintowanej B do ± 4 mm, przy zachowaniu niezmiennych wymaganych długości wkrętów
3. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1 i 2. Czy Zamawiający dopuści możliwość tolerancji przy długości części gwintowanej B do ± 2 mm, przy zachowaniu niezmiennych wymaganych długości wkrętów
4. Dotyczy Pakietu Nr 5. Czy Zamawiający mógłby sprecyzować „euro” przy wkrętach w poz. 2?
5. Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 3 i 5. Czy Zamawiający dopuści płytki o długości 98 mm?
6. Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 4 i 6. Czy Zamawiający dopuści płytki o długości 114 mm?
7. Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści płytki o długości 87 mm?
8. Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści płytki o długości 113 mm?
9. Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 4. Czy Zamawiający dopuści płytki o długości od 125 do 177 mm?
10. Dotyczy Pakietu Nr 12. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie endoprotez Austin-Moore w rozmiarach 40-55 mm?
11. Dotyczy Pakietu Nr 1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wkrętów fi 4,5 mm o długościach L: 24, 26, 28, 30 dla długości części gwintowanej B – 12 mm zamiast 8 i 9 mm.
12. Dotyczy Pakietu Nr 1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wkrętów fi 4,5 mm od długości 30 do 50 mm ze skokiem co 5 mm zamiast ze skokiem co 2 mm.
13. Dotyczy Pakietu Nr 3. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wkrętów fi 4,0 mm o długościach 42 i 44 mm dla długości części gwintowanej B – 15 mm, zamiast B – 14 mm, oraz o długości 1 – 50 mm dla długości części gwintowanej B-16 mm zamiast B – 15.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający wymaga instrumentarium do Pakietów Nr: 8, 11, 12.

Ad. 2 Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie Nr 1 poz. 1 tolerancji przy długości części gwintowanej B do ± 4 mm, przy zachowaniu niezmiennych wymaganych długości wkrętów.

Ad. 3 Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie Nr 3 poz. 1 i 2 tolerancji przy długości części gwintowanej B do ± 2 mm, przy zachowaniu niezmiennych wymaganych długości wkrętów.

Ad. 4 „Euro” przy wkrętach w Pakiecie Nr 5 poz. 2 oznacza „sześciokątny”.

Ad. 5 Zamawiający dopuści w Pakiecie Nr 9 poz. 3 i 5 płytki o długości 98 mm.

Ad. 6 Zamawiający dopuści w Pakiecie Nr 9 poz. 4 i 6 płytki o długości 114 mm.

Ad. 7 Zamawiający dopuści w Pakiecie Nr 11 poz. 1 płytki o długości 87 mm.

Ad. 8 Zamawiający dopuści w Pakiecie Nr 11 poz. 2 płytki o długości 113 mm.

Ad. 9 Zamawiający dopuści w Pakiecie Nr 11 poz. 4 płytki o długości od 125 do 177 mm.

Ad. 10 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie Nr 12 zaoferowanie endoprotez Austin Moore w rozmiarach 40 – 55 mm.

Ad. 11 Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie w Pakiecie Nr 1 oferty na wkręty fi 4,5 mm o długościach L: 24, 26, 28, 30 dla długości części gwintowanej B – 12 mm zamiast 8 i 9 mm

Ad. 12 Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie w Pakiecie Nr 1 oferty na wkręty fi 4,5 mm od długości 30 do 50 mm ze skokiem co 5 mm zamiast ze skokiem co 2 mm.

Ad. 13 Zamawiający wyraża zgodę na złożenie w Pakiecie Nr 3 oferty na wkręty fi 4,0 mm o długościach l 42 i 44 mm dla długości części gwintowanej B – 15 mm, zamiast B – 14 mm, oraz o długości l – 50 mm dla długości części gwintowanej B-16 mm zamiast B – 15.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca, który składa ofertę na przedmiot zamówienia o parametrach dopuszczonych niniejszym pismem naniósł wprowadzone zmiany w Formularzu Cenowym tak by Zamawiający wiedział o jakich dokładnie parametrach otrzyma sprzęt w przypadku wybrania oferty.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/