AE-5/19/2007 **Załącznik Nr 2.2**

Wymagane i oferowane parametry przedmiotu zamówienia

Uwaga! Zamawiający nie uzna odpowiedzi "tak/nie w odniesieniu do żądanego zakresu informacji "opisać"

Lp.	**Wyszczególnienie**	**Minimalny zakres informacji**	**Oferowane parametry przedmiotu zamówienia - endoprotez bezcementowych stawu biodrowego**
	Pakiet Nr 2 - Endoprotezy stawu biodrowego typu "Resurfacing"		
	Wymagane parametry przedmiotu zamówienia - endoprotez stawu biodrowego typu "Resurfacing"		
1.	Część udowa:		
	komponent udowy wykonany ze stopu kobaltowo-Chromowego bez zastosowania wkładki polietylenowej (artykulacja metal-metal)	opisać	
	w rozmiarach od 39 - 63 mm średnicy zewnętrznej	wymienić dostępne rozmiary	
2.	Część panewkowa:		
	wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego z porowatą powierzchnią zewnętrzną pokrytą hydroksyapatytem	opisać	
3.	System z opcją rewizyjną elementu udowego tzw. głową XL kompatybilną z trzpieniem o stożku 12/14	opisać	
4.	Adaptery w 3 rozmiarach umożliwiających zastosowanie standardowych trzpieni	Opisać (w tym podać rozmiary)	
5.	dostarczenie Zamawiającemu odpowiedniego instrumentarium (posiadającego ważne świadectwa dopuszczenia do obrotu i używania) na okres trwania umowy	opisać	
	Podać informację	**Minimalny zakres informacji**	**Określić**
1.	Podać średnice zewnętrzne systemu rewizyjnego elementu udowego tzw. głowy XL kompatybilnej z trzpieniem o stożku 12/14	wymienić dostępne rozmiary	
2.			

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty